

## AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS

N°	PRODUTO	Empresa	MARCA	Avaliação técnica	FINAL
19	Atadura crepom algodão com 13 fios 10x4,5	METROMEDE	NEVE	Técnicamente aprovada	APROVADA
19	Atadura crepom algodão com 13 fios 10x4,5	MF ALMEIDA	REAL	Ao manusear esta atadura consta-se que a mesma desfia com facilidade e, segundo as orientações técnicas os fios que se soltam podem aderir à ferida e quando o paciente se locomove a atadura pode soltar-se com facilidade, prejudicando o curativo.	DESAPROVADO
19	Atadura crepom algodão com 13 fios 10x4,5	MASIF	ORTHOCREM	Trama de fios extremamente aberta, sendo que na extremidade desfia com simples manuseio caracterizando-se imprópria para uso.	DESAPROVADO
19	Atadura crepom algodão com 13 fios 10x4,5	ALTERMED	BRUNA	Verifica-se que no manuseio da atadura a mesma desfia com facilidade e, segundo as orientações técnicas os fios que se soltam podem aderir à ferida e quando o paciente se locomove a atadura pode soltar-se com facilidade, prejudicando o curativo.	DESAPROVADO
19	Atadura crepom algodão com 13 fios 10x4,5	PRODUVALE	BRUNA	Verifica-se que no manuseio da atadura a mesma desfia com facilidade e, segundo as orientações técnicas os fios que se soltam podem aderir à ferida e quando o paciente se locomove a atadura pode soltar-se com facilidade, prejudicando o curativo.	DESAPROVADO
19	Atadura crepom algodão com 13 fios 10x4,5	ALIANÇA	PÉROLA PLUS	Consta-se que a atadura possui uma trama de fios justa posta, com bom acabamento, boa elasticidade e comprimento adequado, de forma que no seu manuseio a mesma não desfia, facilitando as técnicas de cuidado com o paciente (curativo/talas).	APROVADA
20	Atadura crepom algodão com	ALIANÇA	PÉROLA	Verifica-se que no manuseio da atadura a mesma	DESAPROVADO

	13 fios 6 cm			desfia com facilidade e, segundo as orientações técnicas os fios que se soltam podem aderir à ferida e quando o paciente se locomove a atadura pode soltar-se com facilidade, prejudicando o curativo.	
20	Atadura crepom algodão com 13 fios 6 cm	MF ALMEIDA	REAL	Verifica-se que no manuseio da atadura a mesma desfia com facilidade e, segundo as orientações técnicas os fios que se soltam podem aderir à ferida e quando o paciente se locomove a atadura pode soltar-se com facilidade, prejudicando o curativo.	DESAPROVADO
20	Atadura crepom algodão com 13 fios 6cm	PRODUVALE	BRUNA	Verifica-se que no manuseio da atadura a mesma desfia com facilidade e, segundo as orientações técnicas os fios que se soltam podem aderir à ferida e quando o paciente se locomove a atadura pode soltar-se com facilidade, prejudicando o curativo.	DESAPROVADO
20	Atadura crepom algodão com 13 fios 6cm	MASIF	ORTHOCREM	Verifica-se que no manuseio da atadura a mesma desfia com facilidade e, segundo as orientações técnicas os fios que se soltam podem aderir à ferida e quando o paciente se locomove a atadura pode soltar-se com facilidade, prejudicando o curativo.	DESAPROVADO
20	Atadura crepom algodão com 13 fios 6cm	ALTERMED	MED-PLUS	Verifica-se que no manuseio da atadura a mesma desfia com facilidade e, segundo as orientações técnicas os fios que se soltam podem aderir à ferida e quando o paciente se locomove a atadura pode soltar-se com facilidade, prejudicando o curativo.	DESAPROVADO
20	Atadura crepom algodão com 13 fios 6cm	METROMED	INA	Consta-se que a atadura possui uma trama de fios justa posta, com bom acabamento, boa elasticidade e comprimento adequado, de forma que no seu manuseio a mesma não desfia, facilitando as técnicas de cuidado com o paciente (curativo/talas).	APROVADA
21	Atadura crepom algodão com 13 fios 8 cm	MF ALMEIDA	REAL	Verifica-se que no manuseio da atadura a mesma desfia com facilidade e, segundo as orientações	DESAPROVADO

				técnicas os fios que se soltam podem aderir à ferida e quando o paciente se locomove a atadura pode soltar-se com facilidade, prejudicando o curativo.	
21	Atadura crepom algodão com 13 fios 8CM	METROMED	INA	Consta-se que a atadura possui uma trama de fios justa posta, com bom acabamento, boa elasticidade e comprimento adequado, de forma que no seu manuseio a mesma não desfia, facilitando as técnicas de cuidado com o paciente (curativo/talas).	APROVADA
21	Atadura crepom algodão com 13 fios 8cm	MASIF	ORTHOCREM	Verifica-se que no manuseio da atadura a mesma desfia com facilidade e, segundo as orientações técnicas os fios que se soltam podem aderir à ferida e quando o paciente se locomove a atadura pode soltar-se com facilidade, prejudicando o curativo.	DESAPROVADO
21	Atadura crepom algodão com 13 fios 8cm	ALIANÇA	PÉROLA	Verifica-se que no manuseio da atadura a mesma desfia com facilidade e, segundo as orientações técnicas os fios que se soltam podem aderir à ferida e quando o paciente se locomove a atadura pode soltar-se com facilidade, prejudicando o curativo.	DESAPROVADO
21	Atadura crepom algodão com 13 fios 8cm	ALTERMED	MED-PLUS	Verifica-se que no manuseio da atadura a mesma desfia com facilidade e, segundo as orientações técnicas os fios que se soltam podem aderir à ferida e quando o paciente se locomove a atadura pode soltar-se com facilidade, prejudicando o curativo.	DESAPROVADO
21	Atadura crepom algodão com 13 fios 8cm	PRODUVALE	BRUNA	Verifica-se que no manuseio da atadura a mesma desfia com facilidade e, segundo as orientações técnicas os fios que se soltam podem aderir à ferida e quando o paciente se locomove a atadura pode soltar-se com facilidade, prejudicando o curativo.	DESAPROVADO
22	Atadura crepom algodão com 13 fios 10 cm	METROMED	INA	Consta-se que a atadura possui uma trama de fios justa posta, com bom acabamento, boa elasticidade e comprimento adequado, de forma que no seu	APROVADA

				manuseio a mesma não desfia, facilitando as técnicas de cuidado com o paciente (curativo/talas).	
22	Atadura crepom algodão com 13 fios 10 cm	MF ALMEIDA	REAL	Verifica-se que no manuseio da atadura a mesma desfia com facilidade e, segundo as orientações técnicas os fios que se soltam podem aderir à ferida e quando o paciente se locomove a atadura pode soltar-se com facilidade, prejudicando o curativo.	DESAPROVADO
22		MASIF		NÃO ENVIOU AMOSTRA	
22	Atadura crepom algodão com 13 fios 10 cm	ALIANÇA	PÉROLA	Verifica-se que no manuseio da atadura a mesma desfia com facilidade e, segundo as orientações técnicas os fios que se soltam podem aderir à ferida e quando o paciente se locomove a atadura pode soltar-se com facilidade, prejudicando o curativo.	DESAPROVADO
22	Atadura crepom algodão com 13 fios 10 cm	ALTERMED	MED-PLUS	Verifica-se que no manuseio da atadura a mesma desfia com facilidade e, segundo as orientações técnicas os fios que se soltam podem aderir à ferida e quando o paciente se locomove a atadura pode soltar-se com facilidade, prejudicando o curativo.	DESAPROVADO
22	Atadura crepom algodão com 13 fios 10 cm	PRODUVALE	BRUNA	Verifica-se que no manuseio da atadura a mesma desfia com facilidade e, segundo as orientações técnicas os fios que se soltam podem aderir à ferida e quando o paciente se locomove a atadura pode soltar-se com facilidade, prejudicando o curativo.	DESAPROVADO
23	Atadura crepom algodão com 13 fios 15 cm	ALIANÇA	PÉROLA	Verifica-se que no manuseio da atadura a mesma desfia com facilidade e, segundo as orientações técnicas os fios que se soltam podem aderir à ferida e quando o paciente se locomove a atadura pode soltar-se com facilidade, prejudicando o curativo.	DESAPROVADO
23	Atadura crepom algodão com 13 fios 15 cm	MF ALMEIDA	REAL	Verifica-se que no manuseio da atadura a mesma desfia com facilidade e, segundo as orientações técnicas os fios que se soltam podem aderir à ferida e	DESAPROVADO

				quando o paciente se locomove a atadura pode soltar-se com facilidade, prejudicando o curativo.	
23	Atadura crepom algodão com 13 fios 15 cm	METROMED	INA	Consta-se que a atadura possui uma trama de fios justa posta, com bom acabamento, boa elasticidade e comprimento adequado, de forma que no seu manuseio a mesma não desfia, facilitando as técnicas de cuidado com o paciente (curativo/talas).	APROVADA
23	Atadura crepom algodão com 13 fios 15cm	MASIF	ORTHOCREM	Verifica-se que no manuseio da atadura a mesma desfia com facilidade e, segundo as orientações técnicas os fios que se soltam podem aderir à ferida e quando o paciente se locomove a atadura pode soltar-se com facilidade, prejudicando o curativo.	DESAPROVADO
23	Atadura crepom algodão com 13 fios 15 cm	ALTERMED	MED-PLUS	Verifica-se que no manuseio da atadura a mesma desfia com facilidade e, segundo as orientações técnicas os fios que se soltam podem aderir à ferida e quando o paciente se locomove a atadura pode soltar-se com facilidade, prejudicando o curativo.	DESAPROVADO
23	Atadura crepom algodão com 13 fios 15 cm	PRODUVALE	BRUNA	Verifica-se que no manuseio da atadura a mesma desfia com facilidade e, segundo as orientações técnicas os fios que se soltam podem aderir à ferida e quando o paciente se locomove a atadura pode soltar-se com facilidade, prejudicando o curativo.	DESAPROVADO
24	Atadura crepom algodão com 13 fios 20 cm	METROMED	INA	Consta-se que a atadura possui uma trama de fios justa posta, com bom acabamento, boa elasticidade e comprimento adequado, de forma que no seu manuseio a mesma não desfia, facilitando as técnicas de cuidado com o paciente (curativo/talas).	APROVADA
24	Atadura crepom algodão com 13 fios 20 cm	MF ALMEIDA	REAL	Verifica-se que no manuseio da atadura a mesma desfia com facilidade e, segundo as orientações técnicas os fios que se soltam podem aderir à ferida e quando o paciente se locomove a atadura pode soltar-	DESAPROVADO

				se com facilidade, prejudicando o curativo.	
24	Atadura crepom algodão com 13 fios 20 cm	MASIF	ORTHOCREM	Verifica-se que no manuseio da atadura a mesma desfia com facilidade e, segundo as orientações técnicas os fios que se soltam podem aderir à ferida e quando o paciente se locomove a atadura pode soltar-se com facilidade, prejudicando o curativo.	DESAPROVADO
24	Atadura crepom algodão com 13 fios 20 cm	ALIANÇA	PÉROLA	Verifica-se que no manuseio da atadura a mesma desfia com facilidade e, segundo as orientações técnicas os fios que se soltam podem aderir à ferida e quando o paciente se locomove a atadura pode soltar-se com facilidade, prejudicando o curativo.	DESAPROVADO
24	Atadura crepom algodão com 13 fios 20cm	ALTERMED	MED-PLUS	Verifica-se que no manuseio da atadura a mesma desfia com facilidade e, segundo as orientações técnicas os fios que se soltam podem aderir à ferida e quando o paciente se locomove a atadura pode soltar-se com facilidade, prejudicando o curativo.	DESAPROVADO
24	Atadura crepom algodão com 13 fios 20cm	PRODUVALE	BRUNA	Verifica-se que no manuseio da atadura a mesma desfia com facilidade e, segundo as orientações técnicas os fios que se soltam podem aderir à ferida e quando o paciente se locomove a atadura pode soltar-se com facilidade, prejudicando o curativo.	DESAPROVADO
25	Atadura crepom algodão com 13 fios 12CM	METROMED	INA	Verifica-se que no manuseio da atadura a mesma desfia com facilidade e, segundo as orientações técnicas os fios que se soltam podem aderir à ferida e quando o paciente se locomove a atadura pode soltar-se com facilidade, prejudicando o curativo.	APROVADA
25	Atadura crepom algodão com 13 fios 12CM	MF ALMEIDA	REAL	Verifica-se que no manuseio da atadura a mesma desfia com facilidade e, segundo as orientações técnicas os fios que se soltam podem aderir à ferida e quando o paciente se locomove a atadura pode soltar-se com facilidade, prejudicando o curativo.	DESAPROVADO

25		MASIF		NÃO ENVIOU AMOSTRA	
25	Atadura crepom algodão com 13 fios 12 cm	ALIANÇA	PÉROLA	Verifica-se que no manuseio da atadura a mesma desfia com facilidade e, segundo as orientações técnicas os fios que se soltam podem aderir à ferida e quando o paciente se locomove a atadura pode soltar-se com facilidade, prejudicando o curativo.	DESAPROVADO
25	Atadura crepom algodão com 13 fios 12 cm	ALTERMED	MED-PLUS	Verifica-se que no manuseio da atadura a mesma desfia com facilidade e, segundo as orientações técnicas os fios que se soltam podem aderir à ferida e quando o paciente se locomove a atadura pode soltar-se com facilidade, prejudicando o curativo.	DESAPROVADO
25	Atadura crepom algodão com 13 fios 12 cm	PRODUVALE	BRUNA	Verifica-se que no manuseio da atadura a mesma desfia com facilidade e, segundo as orientações técnicas os fios que se soltam podem aderir à ferida e quando o paciente se locomove a atadura pode soltar-se com facilidade, prejudicando o curativo.	DESAPROVADO
26	Avental confeccionado em TNT, descartável, manga longa, punho com elástico, com abertura nas costas e dois pontos com tiras para amarração (um ponto na gola e outro ponto nas costas), não alérgico, resistente, proporcionar barreira antimicrobiana efetiva, permitir a execução de atividades com conforto, 30 gr. Tamanho G	OLIMED	SEM MARCA	Menos friável com trama mais fechada, mais resistente.	APROVADA
26	Avental confeccionado em TNT, descartável, manga longa, com	METROMED	CLEAN HOSP	Tecido friável com trama mais aberta, menos resistente.	DESAPROVADO

	,com elástico ,com abertura nas costas e dois pontos com tiras para amarração(um ponto na gola e outro ponto nas costas),não alérgico,residente,proporcionar barreira antimicrobiana efetiva,permitir a execução de atividades com conforto,30 GR.tamanho G				
26	Avental confeccionado em TNT, descartável, manga longa, punho com elástico, com abertura nas costas e dois pontos com tiras para amarração (um ponto na gola e outro ponto nas costas), não alérgico, residente, proporcionar barreira antimicrobiana efetiva, permitir a execução de atividades com conforto, 30 Gr. Tamanho G	MF ALMEIDA	Best Fabril	Tecido friável com trama mais aberta, menos resistente.	APROVADA
27	Avental de tecido descartável. Tamanho único	Metromed	Santé	Produto fora das especificações. TNT. MANGA CURTA	DESAPROVADO
27	Avental de tecido descartável Tamanho único	MF ALMEIDA	Best fabril	Produto fora das especificações. TNT. MANGA CURTA	DESAPROVADO
27	Avental de tecido, descartável. Tamanho único			Outras empresas não enviaram produto	DESAPROVADO
	Colar cervical – colar de resgate com regulagem de tamanho,	METROMED	MARIMAR	Produto dentro das especificações pedidas. Revestimento em EVA	APROVADO

43	produzido em polietileno e revestido em EVA, apoio metodiano e fecho de velcro, sem regulagem, tamanhos (1 un. PP/1un. P/1un. M/1 un.G SAMU.				
43	Colar cervical – colar de resgate com regulagem de tamanho, produzido em polietileno e revestido em EVA, apoio metodiano e fecho de velcro, sem regulagem, tamanhos(1 uni.PP – 1unid.P-1unid M- 1 UNI.G- SAMU	ALTERMED	MARIMAR	Produto com revestimento em tecido. Usado para atendimento Pré-Hospitalar envolvendo sujidades como sangue dificultando a desinfecção adequada e a durabilidade do produto.	DESAPROVADO
43	Colar cervical – colar de resgate com regulagem de tamanho, produzido em polietileno e revestido em EVA, apoio metodiano e fecho de velcro, sem regulagem, tamanhos(1 uni.PP – 1unid.P-1unid M- 1 UNI.G- SAMU	OLIMED	MARIMAR	Produto com revestimento em tecido. Usado para atendimento Pré-Hospitalar envolvendo sujidades como sangue dificultando a desinfecção adequada e a durabilidade do produto.	DESAPROVADO
43				OUTRAS EMPRESAS NÃO ENVIARAM AMOSTRA	DESAPROVADO
47	Compressa cirúrgica 23x25 cm,c/13 fios,08 dobras,pcte c/50 uni.CAMPO	METROMED	FAROL	Compressa com tramas justas posta, não desvia absorvente.	APROVADA
47	Compressa cirúrgica 23x25 cm,c/13 fios,08 dobras,pcte c/50 uni.CAMPO	PRODUVALE	POLARFIX	Compressa com tramas justas posta, não desvia absorvente.	APROVADA

47	Compressa cirúrgica 23x25 cm,c/13 fios,08 dobras,pcte c/50 uni.CAMPO	ALTERMED	AMÉRICA	Compressa com tramas justas posta, não desvia absorvente.	APROVADA
47	Compressa cirúrgica 23x25 cm,c/13 fios,08 dobras,pcte c/50 uni.CAMPO	OLIMED	NEVE	Compressa com tramas justas posta, não desvia absorvente.	APROVADA
48	Compressa cirúrgica 45x50cm,c/13 fios,08 dobras,pcte c/50 uni.CAMPO	METROMED	FAROL light	Compressa com tramas justas posta, não desvia absorvente.	APROVADA
48	Compressa cirúrgica 45x50cm,c/13 fios,08 dobras,pcte c/50 uni.CAMPO	PRODUVALE	POLAR FIX	Compressa com tramas justas posta, não desvia absorvente.	APROVADA
48	Compressa cirúrgica 45x50cm,c/13 fios,08 dobras,pcte c/50 uni.CAMPO	ALTERMED	AMÉRICA	Compressa com tramas justas posta, não desvia absorvente.	APROVADA
48	Compressa cirúrgica 45x50cm,c/13 fios,08 dobras,pcte c/50 uni.CAMPO	MASIF	AMÉRICA	Compressa com tramas justas posta, não desvia absorvente.	APROVADA
49	Compressa de gaze 10x10 com 8 dobras, 13 fios ,pacotes com 500 unidades	MASIF	AMÉRICA	Gases com boa absorção de líquido, ao manusear não solta fios, bem dobrada, bom acondicionamento, favorece a economia do material.	APROVADA
49	Compressa de gaze 10x10 com 8 dobras, 13 fios ,pacotes com 500 unidades	OLIMED	NEVE	Gases com boa absorção de líquido, ao manusear não solta fios, bem dobrada, bom acondicionamento, favorece a economia do material.	APROVADA
49	Compressa de gaze 10x10 com 8 dobras, 13 fios ,pacotes com 500 unidades	ALTREMED	PLASCAL	Gases com boa absorção de líquido, ao manusear não solta fios, bem dobrada, bom acondicionamento, favorece a economia do material.	APROVADA
49	Compressa de gaze 10x10 com 8 dobras, 13 fios ,pacotes com	MF ALMEIDA	REAL	Gases com boa absorção de líquido, ao manusear não solta fios, bem dobrada, bom acondicionamento,	APROVADA

	500 unidades			favorece a economia do material.	
49	Compressa de gaze 10x10 com 8 dobras, 13 fios ,pacotes com 500 unidades	ALIANÇA	HOSPITTEX	Péssima absorção, má acondicionamento (dobras irregulares, gases amassada propiciando desperdício de material e tempo do servidor.	DESAPROVADO
49	Compressa de gaze 10x10 com 8 dobras, 13 fios ,pacotes com 500 unidades	PRODUVALE	HOSPITTEX	Péssima absorção, má acondicionamento (dobras irregulares, gases amassada propiciando desperdício de material e tempo do servidor.	DESAPROVADO
49	Compressa de gaze 10x10 com 8 dobras, 13 fios ,pacotes com 500 unidades	METROMED	HOSPITTEX	Péssima absorção, má acondicionamento (dobras irregulares, gases amassada propiciando desperdício de material e tempo do servidor.	DESAPROVADO
50	Compressa de gaze 7,5x7,5 com 8 dobras, 13 fios ,pacotes com 500 unidades	METROMED	GAZETEX	Má absorção, desperdício de solução,em contato com secreção não absorve.	DESAPROVADO
50	Compressa de gaze 7,5x7,5 com 8 dobras, 13 fios ,pacotes com 500 unidades	PRODUVALE	GAZETEX	Má absorção,desperdício de solução,em contato com secreção não absorve.	DESAPROVADO
50	Compressa de gaze 7,5X7,5 com 8 dobras, 13 fios ,pacotes com 500 unidades	MF ALMEIDA	REAL	Gases com boa absorção de líquido, ao manusear não solta fios, bem dobrada, bom acondicionamento, favorece a economia do material.	APROVADA
50	Compressa de gaze 7,5x7,5 com 8 dobras, 13 fios ,pacotes com 500 unidades	ALTERMED	AMÉRICA	Gases com boa absorção de líquido, ao manusear não solta fios, bem dobrada, bom acondicionamento, favorece a economia do material.	APROVADA
50	Compressa de gaze 7,5x7,5 com 8 dobras, 13 fios ,pacotes com 500 unidades	MASIF	AMÉRICA	Gases com boa absorção de líquido, ao manusear não solta fios, bem dobrada, bom acondicionamento, favorece a economia do material.	APROVADA
50	Compressa de gaze 7,5x7,5 com 8 dobras, 13 fios ,pacotes com 500 unidades	ALIANÇA	TOPÁSIO	Gases com boa absorção de líquido, ao manusear não solta fios ,bem dobrada ,bom acondicionamento,favorece a economia do material.	APROVADA
51	Curativo tratamento gel	PRODUVALE	CURATEC	DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES	APROVADA

51	Curativo tratamento gel	METROMED	CURATEC	DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES	APROVADA
57	Curativo redondo	ALTERMED	CREMER	DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES	APROVADA
57	Curativo redondo	METROMED	STOPPER	DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES	APROVADA
57	Curativo redondo	MF ALMEIDA	CIEX	DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES	APROVADA
73	Esfignomanometro-Bolsa de Borracha T-GG	OLIMED	AD-1	Manguito de tecido necessita ser de material impermeável, absorve secreção anti-higiênica.	DESAPROVADO
73	Esfignomanometro-Bolsa de Borracha T-GG	MACRASUL	WelchAllyn	Dentro das especificações	APROVADA
73	Esfignomanometro-Bolsa de BorrachaT-GG	METROMED	BD	DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES	APROVADA
73	Esfignomanometro-Bolsa de BorrachaT-GG	PRODUVALE	BD	DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES	APROVADA
73	Esfignomanometro-Bolsa de BorrachaT-GG	MF ALMEIDA	PREMIUM	Pêra para inflar o esfignomanometro apresenta maior resistência aumentando a força de pressão executada pelo servidor podendo levar a doença de esforço repetitivo.	DESAPROVADO
74	Esfignomanometro-Bolsa de BorrachaT-INF	MACRASUL	WelchAllyn	Dentro das especificações	APROVADA
74	Esfignomanometro-Bolsa de BorrachaT-INF	METROMED	BD	DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES	APROVADA
74	Esfignomanometro-Bolsa de BorrachaT-INF	PRODUVALE	BD	DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES	APROVADA
74	Esfignomanometro-Bolsa de BorrachaT-INF	MF ALMEIDA	PREMIUM	Pêra para inflar o esfignomanometro apresenta maior resistência aumentando a força de pressão executada pelo servidor podendo levar a doença de esforço repetitivo.	DESAPROVADO
75	Esfignomanometro-Bolsa de BorrachaT-AD	MACRASUL	WelchAllyn	Dentro das especificações	APROVADA
75	Esfignomanometro-Bolsa de BorrachaT-IAD	METROMED	BD	DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES	APROVADA
75	Esfignomanometro-Bolsa de	PRODUVALE	BD	DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES	APROVADA

	BorrachaT-AD				
75	Esfignomanometro-Bolsa de BorrachaT-AD	MF ALMEIDA	PREMIUM	Pêra para inflar o esfignomanometro apresenta maior resistência aumentando a força de pressão executada pelo servidor podendo levar a doença de esforço repetitivo.	DESAPROVADO
76	Esparadrapo impermeável 10x4,5	MASIF	MISSNER	DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES	APROVADA
76	Esparadrapo impermeável 10x4,5	METROMED	MISSNER	DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES	APROVADA
76	Esparadrapo impermeável 10x4,5	MF ALMEIDA	MISSNER	DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES	APROVADA
76	Esparadrapo impermeável 10x4,5	ALINÇA	MISSNER	DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES	APROVADA
76	Esparadrapo impermeável 10x4,5	OLIMED	MISSNER	DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES	APROVADA
76	Esparadrapo impermeável 10x4,5	MACROSUL	MISSNER	DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES	APROVADA
76	Esparadrapo impermeável 10x4,5	ALTERMED	MISSNER	DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES	APROVADA
76	Esparadrapo impermeável 10x4,5	PRODUVALE	MISSNER	DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES	APROVADA
77	Esparadrapo impermeável 5x4,5	MASIF	MISSNER	DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES	APROVADA
77	Esparadrapo impermeável 5x4,5	METROMED	MISSNER	DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES	APROVADA
77	Esparadrapo impermeável 5x4,5	MF ALMEIDA	MISSNER	DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES	APROVADA
77	Esparadrapo impermeável 5x4,5	ALINÇA	MISSNER	DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES	APROVADA
77	Esparadrapo impermeável 5x4,5	OLIMED	MISSNER	DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES	APROVADA

77	Esparadrapo impermeável 5x4,5	MACROSUL	MISSNER	DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES	APROVADA
77	Esparadrapo impermeável 5x4,5	ALTERMED	MISSNER	DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES	APROVADA
77	Esparadrapo impermeável 5x4,5	PRODUVALE	MISSNER	DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES	APROVADA
79	ESPÉCULO VAGINAL T-M	MASIF	VAGISPEC	Anatomicamente correto,fácil manejo ,bordas/acabamento regular,	APROVADA POR QUE ADLIN?
79	ESPÉCULO VAGINAL T-M	ALTERMED	VAGISPEC	Anatomicamente correto,fácil manejo ,bordas/acabamento regular,	APROVADA POR QUE ADLIN?
79	ESPÉCULO VAGINAL T-M	METROMED	VAGISPEC	Anatomicamente correto,fácil manejo ,bordas/acabamento regular,	APROVADA POR QUE ADLIN?
79	ESPÉCULO VAGINAL T-M	PRODUVALE	VAGISPEC	Anatomicamente correto,fácil manejo ,bordas/acabamento regular. A MARCA ADLIN NÃO TEM AMOSTRAGEM.	APROVADA POR QUE ADLIN?
79	ESPÉCULO VAGINAL T-M	OLIMED	GINUS	Largura não corresponde aos tamanhos padrões alem da ponta rombuda dificulta a introdução do especulo, as bordas interna irregulares machuca o colo do útero causando sangramento e dor para paciente.	DESAPROVADO
79	ESPÉCULO VAGINAL T-M	MACROSUL	GINUS	Largura não corresponde ao tamanho padrões alem da ponta rombuda dificulta a introdução do especulo, as bordas interna irregulares machuca o colo do útero causando sangramento e dor para paciente.	DESAPROVADO
79	ESPÉCULO VAGINAL T-M	ALIANÇA	LOBOR IMPORT	Largura não corresponde ao tamanho padrões alem da ponta rombuda dificulta a introdução do especulo, as bordas interna irregulares machuca o colo do útero causando sangramento e dor para paciente. O mecanismo de abertura em forma de clamp dificulta e atrapalha a técnica correta,podendo ocasionar lesão em órgão genital e risco para contaminação biológica através do preendimento no clampe	DESAPROVADO

79	ESPÉCULO VAGINAL T-M	MF ALMEIDA	LOBOR IMPORT	Largura não corresponde ao tamanho padrões alem da ponta rombuda dificulta a introdução do especulo, as bordas interna irregulares machuca o colo do útero causando sangramento e dor para paciente. O mecanismo de abertura em forma de clamp dificulta e atrapalha a técnica correta, podendo ocasionar lesão em órgão genital e risco para contaminação biológica através do preendimento no clampe	DESAPROVADO
80	ESPÉCULO VAGINAL T-G	MASIF	VAGISPEC	Anatomicamente correto,fácil manejo ,bordas/acabamento regular,	APROVADA POR QUE ADLIN?
80	ESPÉCULO VAGINAL T-G	ALTERMED	VAGISPEC	Anatomicamente correto,fácil manejo ,bordas/acabamento regular,	APROVADA POR QUE ADLIN?
80	ESPÉCULO VAGINAL T-G	METROMED	VAGISPEC	Anatomicamente correto,fácil manejo ,bordas/acabamento regular,	APROVADA POR QUE ADLIN?
80	ESPÉCULO VAGINAL T-G	PRODUVALE	VAGISPEC	Anatomicamente correto,fácil manejo ,bordas/acabamento regular . A MARCA ADLIN NÃO TEM AMOSTRAGEM.	APROVADA POR QUE ADLIN?
80	ESPÉCULO VAGINAL T-G	OLIMED		NÃO ENCAMINHOU PRODUTO PARA AMOSTRAGEM	DESAPROVADO
80	ESPÉCULO VAGINAL T-G	MACROSUL	VAGISPEC	Anatomicamente correto,fácil manejo ,bordas/acabamento regular,	APROVADA POR QUE ADLIN?
80	ESPÉCULO VAGINAL T-G	ALIANÇA		NÃO ENCAMINHOU PRODUTO PARA AMOSTRAGEM	DESAPROVADO
80	ESPÉCULO VAGINAL T-G	MF ALMEIDA		NÃO ENCAMINHOU PRODUTO PARA AMOSTRAGEM	DESAPROVADO
81	ESPÉCULO VAGINAL T-P	MASIF	VAGISPEC	Anatomicamente correto,fácil manejo ,bordas/acabamento regular,	APROVADA POR QUE ADLIN?
81	ESPÉCULO VAGINAL T-P	ALTERMED	VAGISPEC	Anatomicamente correto,fácil manejo ,bordas/acabamento regular,	APROVADA POR QUE ADLIN?
81	ESPÉCULO VAGINAL T-P	METROMED	VAGISPEC	Anatomicamente correto,fácil manejo ,bordas/acabamento regular,	APROVADA POR QUE ADLIN?
81	ESPÉCULO VAGINAL T-P	PRODUVALE	VAGISPEC	Anatomicamente correto,fácil manejo ,bordas/acabamento regular. A MARCA ADLIN NÃO TEM AMOSTRAGEM.	APROVADA POR QUE ADLIN?

81	ESPÉCULO VAGINAL T-P	OLIMED	GINUS	Largura não corresponde aos tamanhos padrões alem da ponta rombuda dificulta a introdução do especulo, as bordas interna irregulares machuca o colo do útero causando sangramento e dor para paciente.	DESAPROVADO
81	ESPÉCULO VAGINAL T-P	MACROSUL	GINUS	Largura não corresponde ao tamanho padrões alem da ponta rombuda dificulta a introdução do especulo, as bordas interna irregulares machuca o colo do útero causando sangramento e dor para paciente.	DESAPROVADO
81	ESPÉCULO VAGINAL T-P	ALIANÇA	LOBOR IMPORT	Largura não corresponde ao tamanho padrões alem da ponta rombuda dificulta a introdução do especulo, as bordas interna irregulares machuca o colo do útero causando sangramento e dor para paciente. O mecanismo de abertura em forma de clamp dificulta e atrapalha a técnica correta, podendo ocasionar lesão em órgão genital e risco para contaminação biológica através do preendimento no clampe	DESAPROVADO
81	ESPÉCULO VAGINAL T-P	MF ALMEIDA	LOBOR IMPORT	Largura não corresponde ao tamanho padrões alem da ponta rombuda dificulta a introdução do especulo, as bordas interna irregulares machuca o colo do útero causando sangramento e dor para paciente. O mecanismo de abertura em forma de clamp dificulta e atrapalha a técnica correta, podendo ocasionar lesão em órgão genital e risco para contaminação biológica através do preendimento no clampe	DESAPROVADO
82	Estétoscópio	PRODUVALE	BD	DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES	APROVADA
82	Estétoscópio	METROMED	BD	DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES	APROVADA
82	Estétoscópio	MACROSUL	ADC	DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES	APROVADA
82	Estétoscópio	MF ALMEIDA	SOLIDOR	DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES	APROVADA
110	Gase em rolo tipo queijo	MASIF	AMÉRICA	Tramas muito abertas, com presensa de fiapos , na confecção do chumaço tem desprendimento das partículas de algodão	DESAPROVADO

110	Gase em rolo tipo queijo	MFALMEIDA	NEVE	Tramas justa posta ,ausência de fios soltos boa absorção de líquido,bem acondicionada.	APROVADA
110	Gase em rolo tipo queijo	ALTERMED	PLASCALP	Tramas justa posta, ausência de fios soltos boa absorção de líquido,bem acondicionada.	APROVADA
110	Gase em rolo tipo queijo	METROMED	CREMER	Tramas justa posta, ausência de fios soltos boa absorção de líquido,bem acondicionada.	APROVADA
127	Luva cirúrgica estéril 8,5	MASIF	DESCARPAC	Espesura adequada, anti derapante de palma dobras perfeitas.	APROVADA
127	Luva cirúrgica estéril 8,5	OLIMED	EMBRAMAC	Espesura adequada, anti derapante de palma dobras perfeitas.	APROVADA
127	Luva cirúrgica estéril 8,5	MFALMEIDA	MADEITEX	Espesura adequada, dobras perfeitas.	APROVADA
127	Luva cirúrgica estéril 8,5	ALTERMED	MADEITEX	Espesura adequada, dobras perfeitas.	APROVADA
128	Luva cirúrgica estéril 6,5	MFALMEIDA	MADEITEX	Espesura adequada, dobras perfeitas.	APROVADA
128	Luva cirúrgica estéril 6,5	ALTERMED	MADEITEX	Espesura adequada, dobras perfeitas.	APROVADA
128	Luva cirúrgica estéril 6,5	MASIF	DESCARPAC	Espesura adequada, anti derapante de palma dobras perfeitas.	APROVADA
129	Luva cirúrgica estéril 7,0	MASIF	DESCARPAC	Espesura adequada ,anti derapante de palma dobras perfeitas.	APROVADA
129	Luva cirúrgica estéril 7,0	MFALMEIDA	MADEITEX	Espesura adequada , dobras perfeitas.	APROVADA
129	Luva cirúrgica estéril 7,0	ALTERMED	MADEITEX	Espesura adequada , dobras perfeitas.	APROVADA
130	Luva cirúrgica estéril 7,5	MASIF	DESCARPAC	Espesura adequada ,anti derapante de palma dobras perfeitas.	APROVADA
130	Luva cirúrgica estéril 7,5	MFALMEIDA	MADEITEX	Espesura adequada , dobras perfeitas.	APROVADA
130	Luva cirúrgica estéril 7,5	ALTERMED	MADEITEX	Espesura adequada , dobras perfeitas.	APROVADA
221	Termometro de DIGITAL clínico	Metromed	INCOTERM	DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES	APROVADA
221	Termometro de DIGITAL, clínico	ALTERMED	INCOTERM	DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES	APROVADA
221	Termometro de DIGITAL	OLIMED	THERMOMETER	DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES	APROVADA
222	Termometro-capélinha	METROMED	INCOTERM	DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES	APROVADA
222	Termometro-capélinha	OLIMED	INCOTERM	DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES	APROVADA

222	Termometro-capélinha	ALTERMED	INCOTERM	DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES	APROVADA