



AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS - 2011



Nº	PRODUTO	EMPRESA	MARCA	AVALIAÇÃO TÉCNICA	FINAL
19	Atadura crepon de algodão com 13 fios 10X4,5m, compressa esticada, pacote com 12 unidade.	Cirúrgica Fernandes	Neve	Não se enquadra nas especificações do edital em termo de medidas - comprimento, pouca elasticidade.	REPROVADO
		Cirúrgica Fernandes	Ina	Não se enquadra nas especificações do edital em termo de medidas - comprimento	REPROVADO
		Metromed	Ina	Não se enquadra nas especificações do edital em termo de medidas - comprimento	REPROVADO
		Metromed	Neve	Não se enquadra nas especificações do edital em termo de medidas - comprimento, pouca elasticidade.	REPROVADO
		Altermed	Medi Plus	Não apresenta especificações de medida, desfia com facilidade ao manuseio.	REPROVADO
		Altermed	Bruna	Não se enquadra nas especificações do edital em termo de medidas – comprimento.	REPROVADO
		Aliança	Pérola Plus	Não apresenta especificações de medida, desfia com facilidade ao manuseio, falhas na trama.	REPROVADO
		Medical	Cremer	OK	APROVADA

		Dimaci	Ina 	Não se enquadra nas especificações do edital em termo de medidas – comprimento.	REPROVADO
		Dimaci	Neve	Não se enquadra nas especificações do edital em termo de medidas - comprimento, pouca elasticidade.	REPROVADO
20	Atadura de crepon 6cm, algodão com 13 fios, 3m esticada, pacote com 12 unidades.	Cirúrgica Fernandes	Ina	Não se enquadra nas especificações do edital devido sua composição.	REPROVADA
		Metromed	Ina	Não se enquadra nas especificações do edital devido sua composição.	REPROVADA
		Altermed	Medi Plus	OK	APROVADA
		Aliança	Pérola	Desfia com facilidade, trama aberta e irregular.	REPROVADA
		Medical	Cremer	OK	APROVADA
		Dimaci	Ina	Não se enquadra nas especificações do edital devido sua composição.	REPROVADA
21	Atadura crepom algodão 8 cm com 13 fios 3 mt	Cirurgica Fernandes	Ina	Não se enquadra nas especificações do edital devido sua composição.	REPROVADA

	esticada pct 12				
		Metromed		Não se enquadra nas especificações do edital devido sua composição.	REPROVADA
		Altermed	Medi Plus	OK	APROVADA
		Aliança	Pérola	Desfia com facilidade, trama aberta e irregular.	REPROVADA
		Medical	Cremer	OK	APROVADA
		Dimaci	Ina	Não se enquadra nas especificações do edital devido sua composição.	REPROVADA
22	Atadura crepom algodão com 13 fios 12 cm 3 mts esticada pct 12	Cirúrgica Fernandes	Ina	Não se enquadra nas especificações do edital devido sua composição.	REPROVADA
		Metromed	Ina	Não se enquadra nas especificações do edital devido sua composição.	REPROVADA
		Altermed	Medi Plus	OK	APROVADA


		Aliança	Pérola	 <p>Desfia com facilidade, trama aberta e irregular.</p>	REPROVADA
		Medical	Cremer	OK	APROVADA
		Dimaci	Ina	Não se enquadra nas especificações do edital devido sua composição.	REPROVADA
23	Atadura crepom algodão com 13 fios 3 mts esticada 15cm pct 12	Cirúrgica Fernandes	Ina	Não se enquadra nas especificações do edital devido sua composição.	REPROVADA
		Metromed	Ina	Não se enquadra nas especificações do edital devido sua composição.	REPROVADA
		Altermed	Medi Plus	OK	APROVADA
		Aliança	Pérola	Desfia com facilidade, trama aberta e irregular.	REPROVADA
		Medical	Cremer	OK	APROVADA
		Dimaci	Ina	Não se enquadra nas especificações do edital devido sua composição.	REPROVADA
24	Atadura crepom algodão	Cirúrgica		Não enviou amostras	REPROVADA

	com 13 fios 20cm 3 mts esticada pcte com 12	Fernandes			
		Metromed		Não enviou amostras	REPROVADA
		Altermed	Medi Plus	OK	APROVADA
		Aliança	Pérola	Desfia com facilidade, trama aberta e irregular.	REPROVADA
		Medical	Cremer	OK	APROVADA
		Dimaci	Ina	Não se enquadra nas especificações do edital devido sua composição.	REPROVADA
26	Atadura de rayon em rolo não estéril 7,5 cm X5m	Cirúrgica Fernandes		Não enviou amostras	REPROVADA
		Metromed	Medi House	OK	APROVADA
		Altermed		Não enviou amostras	REPROVADA
		Aliança		Não enviou amostras	REPROVADA
		Medical		Não enviou amostras	REPROVADA
		Dimaci		Não enviou amostras	REPROVADA
27	Avental capote confeccionada em TNT	Cirúrgica Fernandes		Não enviou amostras	REPROVADA


	descartável manga longa punho com elástico com abertura nas costas e dois pontos com tiras para amarração (um ponto na gola e outro ponto nas costas), resistente proporcionar barreira antimicrobiana efetiva Tam.G				
		Metromed		Não enviou amostras	REPROVADA
		Altermed	Sem especificação	OK	APROVADA
		Aliança		Não enviou amostras	REPROVADA
		Medical		Não enviou amostras	REPROVADA
		Dimaci	Santé	OK	APROVADA
45	Compressa cirúrgica 23X25cm com 13 fios 8 dobras pct com 50 unidades campo	Cirúrgica Fernandes		Não enviou amostras	REPROVADA
		Metromed	América	OK	APROVADA
		Altermed	MB Têxtil	Trama do tecido muito aberta dificultando a	REPROVADA


				absorção.	
		Aliança	Real	OK	APROVADA
		Medical		Não enviou amostras	REPROVADA
		Dimaci	América	OK	APROVADA
46	Compressa cirúrgica 45X50 cm com 13 fios 8 dobras pte com 50 unidades campo	Cirúrgica Fernandes		Não enviou amostras	REPROVADA
		Metromed		Não enviou amostras	REPROVADA
		Altermed	América	OK	APROVADA
		Aliança	Real	OK	APROVADA
		Medical		Não enviou amostras	REPROVADA
		Dimaci	América	OK	APROVADA
47	Compressa de gase 10X10 cm com 8 dobras 13 fios pct com 500 unidades	Cirúrgica Fernandes	Neve	Material áspero e de difícil absorção	REPROVADA
		Metromed	América	OK	APROVADA
		Altermed	América		APROVADA


				OK	
		Aliança	Hospitex	OK	APROVADA
		Medical	Cremer	OK	APROVADA
		Dimaci	América	OK	APROVADA
48	Compressa de gase 7,5X7,5 cm com 13 fios pcte com 500 unidades	Cirúrgica Fernandes	Neve	Material áspero e de difícil absorção	REPROVADA
		Metromed	América	OK	APROVADA
		Altermed	Topázio	OK	APROVADA
		Aliança	Clean	Irregularidade nas tramas e desfia com facilidade	REPROVADA
		Medical	Gless	OK	APROVADA
		Dimaci	América	OK	APROVADA


					
50	Curativo redondo para retirada de sangue cx com 100 unidades	Cirúrgica Fernandes		Não enviou amostras	REPROVADA
		Metromed	Stopper	OK	APROVADA
		Altermed	Blood Stop	Curativo com fixação ineficiente.	REPROVADA
		Aliança		Não enviou amostras.	REPROVADA
		Medical	Stopper	OK	APROVADA
		Dimaci	Ciex	OK	APROVADA
51	Curativo tratamento GEL, oclusivo estéril debridador, hidroativo a base de água, estéril, incolor, levemente aderente, para facilitar a aplicação, composto por 02 Hidrocolóides (Pectina e Carboximetilcelulose Sódica) e Propilenoglicol, que promove autólise e desprendimento de crostas. TAMANHO TUBO COM 15 GR.	Cirúrgica Fernandes		Não enviou amostras.	REPROVADA
		Metromed		Não enviou amostras.	REPROVADA
		Altermed	Curatec	OK	APROVADA


		Aliança		Não enviou amostras.	REPROVADA
		Medical		Não enviou amostras.	REPROVADA
		Dimaci		Não enviou amostras.	REPROVADA
		Fufa	Saf-Gel	OK	APROVADA
60	Dispositivo de continência urinária nº 4 de látex	Cirúrgica Fernandes		Não enviou amostras.	REPROVADA
		Metromed		Não enviou amostras.	REPROVADA
		Altermed	Uro-control Cirúrgica Brasil	OK	APROVADA
		Aliança		Não enviou amostras.	REPROVADA
		Medical		Não enviou amostras.	REPROVADA
		Dimaci	Uro-control Cirúrgica Brasil	OK	APROVADA
68	Esfigmomanômetro Obeso, resistente às quedas e livre de látex . Visor com uma leitura fácil e precisa. Pêra e manguito isento de látex. Braçadeira com fechamento em velcro resistente e lavável. Manômetro em liga termoplástica proporcionando durabilidade e absorção á	Cirúrgica Fernandes		Não enviou amostras.	REPROVADA

	<p>impactos com grande absorção de choques. Laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição individual. Garantia contra defeitos de fabricação e calibração e materiais por período não inferior á 5 anos após a data de compra, conforme Manual registrado na ANVISA. As informações também devem ser comprovadas através do catálogo original do produto. Deverá acompanhar os seguintes acessórios: 01 braçadeira com manguito adulto, 01 bolsa com zíper para acondicionamento e manual de instruções em português.</p>				
		Metromed		Não enviou amostras.	REPROVADA
		Altermed	Solidor	Não enviou amostras.	REPROVADA
		Aliança		Não enviou amostras	REPROVADA
		Medical		Não enviou amostras.	REPROVADA
		Dimaci		Não enviou amostras.	REPROVADA
69	Esfigmomanômetro	Cirúrgica		Não enviou amostras.	REPROVADA

<p>Infantil, resistente à quedas e livre de latex. Visor com uma leitura fácil e precisa. Pêra e manguito isento de látex. Braçadeira com fechamento em velcro resistente e lavável. Manômetro em liga termoplástica proporcionando durabilidade e absorção á impactos com grande absorção de choques. Laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição individual. Garantia contra defeitos de fabricação e calibração e materiais por período não inferior á 5 anos após a data de compra, conforme Manual registrado na ANVISA. As informações também devem ser comprovadas através do catálogo original do produto. Deverá acompanhar os seguintes acessórios: 01</p>	<p>Fernandes</p>	 <p>The logo for 'Paperless printer' features a small printer icon on the left. To its right, the text 'Paperless printer' is displayed in a green, sans-serif font. Further right, there is a vertical list of file formats: HTML, PDF, DOC, XLS, BMP, and JPEG, each preceded by a small green square. Below this list, the text 'RareFind Engineering Innovations' and the website 'www.PaperlessPrinter.com' are visible, along with 'Trial Version' at the bottom.</p>		
---	------------------	---	--	--


	braçadeira com manguito adulto, 01 bolsa com zíper para acondicionamento e manual de instruções em português. PSF(3) SAMU(1) Solicitação de amostras.				
		Metromed		Não enviou amostras.	REPROVADA
		Altermed	Solidor	Não enviou amostras	REPROVADA
		Aliança		Não enviou amostras.	REPROVADA
		Medical		Não enviou amostras.	REPROVADA
		Dimaci		Não enviou amostras.	REPROVADA
70	Esfigmomanômetro Adulto, resistente à quedas e livre de latex. Visor com uma leitura fácil e precisa. Pêra e manguito isento de látex. Braçadeira com fechamento em velcro resistente e lavável. Manômetro em liga termoplástica proporcionando durabilidade e absorção á impactos com grande absorção de choques. Laudo técnico do IPEM	Cirúrgica Fernandes		Não enviou amostras.	REPROVADA

	(INMETRO) com certificação de aferição individual. Garantia contra defeitos de fabricação e calibração e materiais por período não inferior á 5 anos após a data de compra, conforme Manual registrado na ANVISA. As informações também devem ser comprovadas através do catálogo original do produto. Deverá acompanhar os seguintes acessórios: 01 braçadeira com manguito adulto, 01 bolsa com zíper para acondicionamento e manual de instruções em português.				
		Metromed		Não enviou amostras.	REPROVADA
		Altermed	Solidor	OK	APROVADA
		Aliança	Premium	Pêra para inflar com resistência aumentada.	REPROVADA
		Medical	Solidor	OK	APROVADA
		Dimaci		Não enviou amostras.	REPROVADA
71	Esparadrapo impermeável 10cm X4,5 m tecido 100% algodão, com capa	Cirúrgica Fernandes		Não enviou amostras	REPROVADA
		Metromed	Missner	OK	APROVADA

					
		Altermed	Missner	OK	APROVADA
		Aliança	Missner	OK	APROVADA
		Medical	Missner	OK	APROVADA
		Dimaci	Missner	OK	APROVADA
72	Esparadrapo impermeável 5CMX4,5m, tecido 100% algodão, com tratamento acrílico, adesivo a base de óxido de zinco, borracha natural e resinas.	Cirúrgica Fernandes		Não enviou amostras	REPROVADA
		Metromed	Missner	OK	APROVADA
		Altermed		Não enviou amostras	REPROVADA
		Aliança	Missner	OK	APROVADA
		Medical		Não enviou amostras	REPROVADA
		Dimaci		Não enviou amostras	REPROVADA

74	Especulo vaginal descartável Tam. M	Cirúrgica Fernandes	Ginos	Para não corresponde aos tamanhos padrões além da ponta rombuda dificulta a introdução do especulo, bordas internas irregulares.	REPROVADA
		Metromed	Ginos	Largura não corresponde aos tamanhos padrões além da ponta rombuda dificulta a introdução do especulo, bordas internas irregulares.	REPROVADA
		Altermed	Vagispec	OK	APROVADA
		Aliança	Cientific	OK	APROVADA
		Medical	Cientific	OK	APROVADA
		Dimaci	Vagispec	OK	APROVADA
75	Especulo vaginal descartável Tam.G	Cirurgica Fernandes		Não enviou amostras	REPROVADA
		Metromed	Kolplast	Largura não corresponde aos tamanhos padrões.	REPROVADA
		Altermed	Vagispec	OK	APROVADA
		Aliança		Não enviou amostras	REPROVADA
		Medical	Cientific	OK	APROVADA
		Dimaci	Vagispec	OK	APROVADA
76	Especulo vaginal descartável Tam.P	Cirúrgica Fernandes		Não enviou amostras	REPROVADA
		Metromed	Ginos	Largura não corresponde aos tamanhos padrões além da ponta rombuda dificulta a introdução do especulo, bordas internas irregulares.	REPROVADA
		Altermed	Vagispec	OK	APROVADA

		Aliança	Cientific	OK	APROVADA
		Medical	Cientific	OK	APROVADA
		Dimaci	Vagispec	OK	APROVADA
77	ESTETOSCOPIO, em aço inox com auscultador duplo, projetado para obter uma captação precisa dos mínimos ruídos pulmonares e arteriais. Provido de tubo de "Y", condutores flexíveis de borracha ou vinil, anel não frio. Hastes de metal providas de mola flexíveis, proporcionando articulação perfeita durante o uso. Oliva isenta de rebarbas, provida de rosca para adaptação na haste ou perfeitamente afunilada, proporcionando segurança durante o uso do aparelho. Tubos de borracha c/ diâmetro compatível c/ a haste de metal, sendo um provido de adaptação p/ o auscultador. Deverá ser leve e resistente e vir	Cirúrgica Fernandes		Não enviou amostras	REPROVADA

	acompanhado de dois pares de olivas, sobressalentes, de plástico c/ formato anatômico, c/ ajuste confortável e perfeita vedação contra ruídos ambientais. O estetoscópio deverá ser provido de auscultador tipo diafragma modelo adulto. - 15 unid.				
		Metromed	Premium	OK	APROVADA
		Altermed	Premium	OK	APROVADA
		Aliança	Premium	OK	APROVADA
		Medical		Não enviou amostras	REPROVADA
		Dimaci		Não enviou amostras	REPROVADA
101	Gaze em rolo tipo queijo com 8 dobras de 91cmX91cm c/13 fios	Cirúrgica Fernandes		Não enviou amostras	REPROVADA
		Metromed	Hospitex	OK	APROVADA
		Altermed	Medi Plus	Não correspondem as especificações do edital em termos de composição.	REPROVADA
		Aliança	Clean	OK	APROVADA

		Medical		Não enviou amostras	REPROVADA
		Dimaci	América	OK	APROVADA
117	Lupa manual redonda com 3 vezes de aumento, lente de vidro com cabo com proteção lateral em PVC	Cirúrgica Fernandes		Não enviou amostras	REPROVADA
		Metromed		Não enviou amostras	REPROVADA
		Altermed	Aumentalux	Não enviou amostras	REPROVADA
		Aliança		Não enviou amostras	REPROVADA
		Medical		Não enviou amostras	REPROVADA
		Dimaci		Não enviou amostras	REPROVADA
118	Luva cirúrgica estéril, baixa proteína com pó bio absorvível e inerte, contendo um par em formato anatômico nº8,5	Cirúrgica Fernandes		Não enviou amostras	REPROVADA
		Metromed	Embramac	OK	APROVADA
		Altermed	Embramac	OK	APROVADA

		Aliança		Não enviou amostras	REPROVADA
		Medical	Dial Mucambo	OK	APROVADA
		Dimaci	Dial Mucambo	OK	APROVADA
119	Luva cirúrgica estéril baixa proteína, lubrificadas com pó bio absorvível e inerte, contendo um par em formato anatômico nº 6,5.	Cirurgica Fernandes		Não enviou amostras	REPROVADA
		Metromed	Descarpack	OK	APROVADA
		Altermed		Não enviou amostras	REPROVADA
		Aliança		Não enviou amostras	REPROVADA
		Medical	Dial Mucambo	OK	APROVADA
		Dimaci	Dial Mucambo	OK	APROVADA
120	Luva cirúrgica estéril baixa proteína, lubrificadas com pó bio absorvível e inerte, contendo um par em formato anatômico nº 7,0.	Cirúrgica Fernandes		Não enviou amostras	REPROVADA
		Metromed	Embramac	OK	APROVADA
		Altermed	Embramac	OK	APROVADA

					
		Aliança		Não enviou amostras	REPROVADA
		Medical	Dial Mucambo	OK	APROVADA
		Dimaci	Dial Mucambo	OK	APROVADA
121	Luva cirúrgica estéril baixa proteína, lubrificadas com pó bio absorvível e inerte, contendo um par em formato anatômico nº 7,5.	Cirurgica Fernandes		Não enviou amostras	REPROVADA
		Metromed	Embramac	OK	APROVADA
		Altermed	Embramac	OK	APROVADA
		Aliança	Lis Sanro	OK	APROVADA
		Medical	Dial Mucambo	OK	APROVADA
		Dimaci	Dial Mucambo	OK	APROVADA
122	Luva cirúrgica estéril baixa proteína, lubrificadas com pó bio absorvível e inerte,	Cirurgica Fernandes		Não enviou amostras	REPROVADA

	contendo um par em formato anatômico nº 8,0.				
		Metromed	Embramac	OK	APROVADA
		Altermed	Embramac	OK	APROVADA
		Aliança		Não enviou amostras	REPROVADA
		Medical	Dial Mucambo	OK	APROVADA
		Dimaci	Dial Mucambo	OK	APROVADA
154	Saco para vômito, tamanho único.	Cirúrgica Fernandes		Não enviou amostras	REPROVADA
		Metromed		Não enviou amostras	REPROVADA
		Altermed		Não enviou amostras	REPROVADA
		Aliança		Não enviou amostras	REPROVADA
		Medical		Não enviou amostras	REPROVADA
		Dimaci		Não enviou amostras	REPROVADA
210	Termômetro para geladeira, com dois display, que permita visualizar a temperatura mínima e máxima, interna e externa da geladeira, bem com a temperatura do momento.	Cirúrgica Fernandes		Não enviou amostras	REPROVADA
		Metromed	Incoterm	OK	APROVADA

		Altermed	Incoterm	OK	APROVADA
		Aliança		Não enviou amostras	REPROVADA
		Medical		Não enviou amostras	REPROVADA
		Dimaci		Não enviou amostras	REPROVADA
211	Termômetro para geladeira, interno, tipo capelinha.	Cirúrgica Fernandes		Não enviou amostras	REPROVADA
		Metromed	Incoterm	OK	APROVADA
		Altermed	Incoterm	Não enviou amostras	REPROVADA
		Aliança		Não enviou amostras	REPROVADA
		Medical		Não enviou amostras	REPROVADA
		Dimaci		Não enviou amostras	REPROVADA