



ANÁLISE DAS AMOSTRAS ENVIADAS – LICITAÇÃO ENFERMAGEM

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Empresa Especificação
33	Atadura Crepom, elástica, porosa, não estéril, 100% algodão, com 13 fios, 6 cm x 4,5 m. Pacote com 12 unidades. Deverá constar na embalagem que o produto atende as normas da ABNT NBR14056 e o peso mínimo do rolo deverá ser de 13,3 gramas conforme portaria 106/2003 do INMETRO. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA	Aprovada: Aliança - Cremer Reprovada: Dimaci – Neve (60% algodão); Altermed – Bruna (90% algodão); Starmed – Neve (23% algodão). Sem amostra: Olimed
34	Atadura Crepom, elástica, porosa, não estéril, 100% algodão, com 13 fios, 8 cm x 4,5 m. Pacote com 12 unidades. Deverá constar na embalagem que o produto atende as normas da ABNT NBR14056 e o peso mínimo do rolo deverá ser de 17,8 gramas conforme portaria 106/2003 do INMETRO. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA	Aprovada: Aliança - Cremer Reprovada: Dimaci – Neve (60% algodão); Altermed – Bruna (90% algodão); Starmed – Neve (23% algodão). Sem amostra: Olimed
35	Atadura Crepom, elástica, porosa, não estéril, 100% algodão, com 13 fios, 10 cm x 4,5 m. Pacote com 12 unidades. Deverá constar na embalagem que o produto atende as normas da ABNT NBR14056 e o peso mínimo do rolo deverá ser de 26,09 gramas conforme portaria 106/2003 do INMETRO. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA	Aprovada: Aliança - Cremer Reprovada: Dimaci – Neve (60% algodão); Altermed – Bruna (90% algodão); Starmed – Neve (23% algodão). Sem amostra: Olimed
36	Atadura Crepom, elástica, porosa, não estéril, 100% algodão, com 13 fios, 12 cm x 4,5 m. Pacote com 12 unidades. Deverá constar na embalagem que o produto atende as normas da ABNT NBR14056 e o peso mínimo do rolo deverá ser de 26,09 gramas conforme portaria 106/2003 do INMETRO. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA	Aprovada: Aliança - Cremer Reprovada: Dimaci – Neve (60% algodão); Altermed – Bruna (90% algodão); Starmed – Neve (23% algodão). Sem amostra: Olimed
37	Atadura Crepom, elástica, porosa, não estéril, 100% algodão, com 13 fios, 15 cm x 4,5 m. Pacote com 12 unidades. Deverá constar na embalagem que o produto atende as normas da ABNT NBR14056 e o peso mínimo do rolo deverá ser de 32,7 gramas conforme portaria 106/2003 do INMETRO. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA	Aprovada: Aliança - Cremer Reprovada: Dimaci – Neve (60% algodão); Altermed – Bruna (90% algodão); Starmed – Neve (23% algodão). Sem amostra: Olimed
38	Atadura Crepom, elástica, porosa, não estéril, 100% algodão, com 13 fios, 20 cm x 4,5 m. Pacote com 12 unidades. Deverá constar na embalagem que o produto atende as normas da ABNT NBR14056 e o peso mínimo do rolo deverá ser de 42,8 gramas conforme portaria 106/2003 do INMETRO. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA.	Aprovada: Aliança - Cremer Reprovada: Dimaci – Neve (60% algodão); Altermed – Bruna (90% algodão); Starmed – Neve (23% algodão). Sem amostra: Olimed
39	Atadura de rayon em rolo, não estéril. 7,5 cm X 5 m. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA	Aprovada: Altermed – Polarfix; Starmed – Medi House Sem amostra: Olimed; Aliança e Dimaci
42	Avental (capote) confeccionado em TNT, gramatura mínima 20, manga longa, punho com elástico, com	Aprovado: Olimed – Andona



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JOAÇABA

Fundo Municipal de Saúde

	abertura nas costas e dois pontos com tiras para amarração (um ponto na gola e outro ponto nas costas), resistente, devendo proporcionar barreira antimicrobiana efetiva. Tamanho G - SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA	Demais empresas não mandaram amostra
43	Avental descartável, confeccionado em TNT, gramatura mínima 20, sem manga. Cor Azul. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA	Nenhuma empresa enviou amostra.
80	Compressa cirúrgica 23 x 25 cm, com 13 fios, 08 dobras - pacote com 50 unidades. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA	Aprovado: Dimaci – América Altermed – MB Têxtil Aliança – Polarfix
81	Compressa cirúrgica 45 x 50 cm, com 13 fios, 8 dobras, gramatura 35 gr - pacote com 50 unidades. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA	Aprovado: Dimaci – América: 35 gramas Reprovada: Altermed – América: 27 gramas; Aliança – Farol: 30 gramas
82	Compressa de gaze 10 x 10 cm, com 13 fios, 08 dobras - pacote com 500 unidades. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA.	Aprovada: Aliança - Neve; Diamci – América. Reprovado: Altermed – não atende especificação do edital: 10x15 conforme descrição na Nota de amostras, mas não veio amostra.
85	Curativo cirúrgico estéril (chumaço), 10 x 15, 100% algodão, esterilizado por E.T.O, pronto uso, super absorvente. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA	Aprovado: Olimed – Medi House e Altermed – Medi House
86	Curativo redondo para pós-coleta de sangue. Caixa com 100 unidades. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA	Aprovada: Altermed Reprovada: Starmed – baixa aderência a pele.
87	Curativo de Hidrocolóide e Alginato de Cálcio e Sódio, constituído de água purificada, propilenoglicol, carboximetilcelulose sódica, carbômero 940, trietanolamina, alginato de cálcio e sódio, sorbato de potássio, ácido bórico, hidantoína, - conservantes estes de grande importância para manutenção da estabilidade do produto por até 28 dias após aberto - num ambiente aquoso, hidratante e absorvente, transparente na forma de gel, que apresenta a capacidade de hidratar feridas secas e absorver o exsudato, interagindo com diversos níveis de umidade da ferida, para cavidades profundas, úlceras de perna – venosa e arterial – pé diabético, cortes, abrasões e lacerações, queimaduras de 1º e 2º grau e úlceras de pressão, ação hemostática, debridante, com ph neutro, com tampa flip top - com 85 gramas. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA	Sem amostra
99	Dispositivo Incontinência Urinária nº 4, de látex. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA -	Aprovada: Altermed – Cirurgia Brasil
102	Encosto de cabeça (imobilizador de cabeça), confeccionado em espuma de poliuretano expandida e emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha: 40 x 25 cm. Laterais fixadas na base: 25 x 16 x 0,9 cm. Orifício auricular para verificar sangramento: 80 mm. Lavável. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA.	Aprovada: Altermed – Marimar; Demais empresas não enviaram amostra.



111	Esparadrapo impermeável, composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. Nele é aplicada massa adesiva a base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Deve ser fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, sendo indicado para diversos usos, tais como: afixação de curativos, ataduras, sondas, drenos, cateteres, entre outros. 10 cm x 4,5 m, com capa. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA	Aprovada: Todas as empresas – marca: Missner
112	Esparadrapo impermeável composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. Nele é aplicada massa adesiva a base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Deve ser fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, sendo indicado para diversos usos, tais como: afixação de curativos, ataduras, sondas, drenos, cateteres, entre outros. 05 cm x 4,5 m, com capa. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA	Aprovada: Todas as empresas – marca: Missner
113	Esfigmomanômetro Adulto, resistente às quedas e livre de látex. Visor com uma leitura fácil e precisa. Pera e manguito isentos de látex. Braçadeira com fechamento em velcro resistente e lavável. Manômetro em liga termoplástica proporcionando durabilidade e absorção a impactos com grande absorção de choques. Laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição individual. Garantia contra defeitos de fabricação e calibração e materiais por período não inferior a 05 anos após a data de compra, conforme Manual registrado na ANVISA. As informações também devem ser comprovadas através do catálogo original do produto. Deverá acompanhar os seguintes acessórios: 01 braçadeira com manguito adulto, 01 bolsa com zíper para acondicionamento e manual de instruções em português. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA.	As empresas não enviaram amostra.
114	Esfigmomanômetro Obeso, resistente às quedas e livre de látex. Visor com uma leitura fácil e precisa. Pera e manguito isentos de látex. Braçadeira com fechamento em velcro resistente e lavável. Manômetro em liga termoplástica proporcionando durabilidade e absorção a impactos com grande absorção de choques. Laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição individual. Garantia contra defeitos de fabricação e calibração e materiais por período não inferior a 05 anos após a data de compra, conforme Manual registrado na ANVISA. As informações também devem ser comprovadas através do catálogo original do produto. Deverá acompanhar os seguintes acessórios: 01 braçadeira com manguito adulto, 01 bolsa com zíper para acondicionamento e manual de instruções em português. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA.	As empresas não enviaram amostra.
115	Esfigmomanômetro Infantil, resistente a quedas e livre de látex. Visor com uma leitura fácil e precisa. Pera e manguito isentos de látex. Braçadeira com fechamento em velcro resistente e lavável. Manômetro em liga termoplástica proporcionando durabilidade e absorção a impactos com grande absorção de choques. Laudo técnico do IPEM	As empresas não enviaram amostra.



	(INMETRO) com certificação de aferição individual. Garantia contra defeitos de fabricação e calibração e materiais por período não inferior a 05 anos após a data de compra, conforme Manual registrado na ANVISA. As informações também devem ser comprovadas através do catálogo original do produto. Deverá acompanhar os seguintes acessórios: 01 braçadeira com manguito adulto, 01 bolsa com zíper para acondicionamento e manual de instruções em português. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA.	
116	Especulo vaginal descartável tamanho médio. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA	Aprovado: Marca – Vagspec: Empresas: Altermed, Aliança, Starmed, Dimaci. Olimed: não enviou amostra.
117	Especulo vaginal descartável tamanho grande. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA	
118	Especulo vaginal descartável tamanho pequeno. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA	
120	Estetoscópio, em aço inox com auscultador duplo, projetado para obter uma captação precisa dos mínimos ruídos pulmonares e arteriais. Provido de tubo de "Y", condutores flexíveis de borracha ou vinil, anel não frio. Hastes de metal providas de mola flexíveis, proporcionando articulação perfeita durante o uso. Oliva isenta de rebarbas, provida de rosca para adaptação na haste ou perfeitamente afunilada, proporcionando segurança durante o uso do aparelho. Tubos de borracha c/ diâmetro compatível c/ a haste de metal, sendo um provido de adaptação p/ o auscultador. Deverá ser leve e resistente e vir acompanhado de dois pares de olivas, sobressalentes, de plástico c/ formato anatômico, c/ ajuste confortável e perfeita vedação contra ruídos ambientais. O estetoscópio deverá ser provido de auscultador tipo diafragma modelo adulto. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA.	As empresas não enviaram amostra.
121	Estetoscópio, em aço inox com auscultador duplo, projetado para obter uma captação precisa dos mínimos ruídos pulmonares e arteriais. Provido de tubo de "Y", condutores flexíveis de borracha ou vinil, anel não frio. Hastes de metal providas de mola flexíveis, proporcionando articulação perfeita durante o uso. Oliva isenta de rebarbas, provida de rosca para adaptação na haste ou perfeitamente afunilada, proporcionando segurança durante o uso do aparelho. Tubos de borracha c/ diâmetro compatível c/ a haste de metal, sendo um provido de adaptação p/ o auscultador. Deverá ser leve e resistente e vir acompanhado de dois pares de olivas, sobressalentes, de plástico c/ formato anatômico, c/ ajuste confortável e perfeita vedação contra ruídos ambientais. O estetoscópio deverá ser provido de auscultador tipo diafragma modelo infantil. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA.	
131	Fita adesiva hipoalergênica, p/ pele porosa, composta para fixação de curativos, composta por dorso de viscoso não tecido recoberto por um adesivo de base acrílica e comprovadamente hipoalergênico / cor branca / validade 02 anos / medida mínima 100 mm x 4,5 m. Com 20 rolos. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA	Aprovado Altermed, Olimed e Starmed: Missner Dimaci: 3M
132	Fita hipoalergênica, suave para a pele, porosa,	Aliança: CIEX e Missner



	composta de viscose não tecido com adesivo acrílico hipoalergênico - medida mínima 25 mm x 4,5 m com capa plástica. Com 12 unidades. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA	
133	Fita hipoalergênica, suave, p/ pele, porosa, composta de viscose, não tecido, c/ adesivo acrílico hipoalergênico, rolo medida mínima 50 mm x 4,5 cm, com capa plástica. Com 12 unidades. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA	
134	Fita hipoalergênica, suave, p/ pele, porosa, composta de viscose, não tecido, c/ adesivo acrílico hipoalergênico- medida mínima 12 mm x 4,5 cm, com capa plástica. Com 12 unidades. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA	
138	Gaze em rolo tipo queijo com 08 dobras, 13 fios - 91 cm x 91 m. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA.	Aprovado Altermed: MB Têxtil Dimaci: América Demais empresas não enviaram amostra
146	Kit para aparelho de nebulização completo - adulto - contendo máscara, copinho e extensão (mangueira). SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA -	Aprovado
147	Kit para aparelho de nebulização completo - infantil - contendo máscara, copinho e extensão (mangueira). SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA	Altermed: Nevoni Starmed: Daru
148	Kit citologia: 01 escova cervical estéril com cerdas macias com formato levemente cônico e 01 espátula de Ayre de madeira estéril. Embalado individualmente em envelope de papel cirúrgico com filme de poliéster em envelope de polietileno. Com 100 unidades. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA	Apenas a Altermed enviou amostra, sendo que não veio em embalagem estéril. Contudo se a empresa fornece o kit citológico conforme especificação do edital será aprovada.
149	Lâmina p/ bisturi nº 11 - caixa com 100 unidades embaladas individualmente. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA -	Aprovado
150	Lâmina p/ bisturi nº 24 - caixa com 100 unidades embaladas individualmente. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA	Starmed – Advantive Altermed – Embramac
151	Lâmina para bisturi nº 15 - caixa com 100 unidades embaladas individualmente. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA	Demais empresas não enviaram amostra
153	Lanterna clínica pupilar, à pilha, confeccionada em alumínio. - SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA -	Aprovada: Altermed – Press control Demais empresas não enviaram amostra
158	Lupa manual redonda com três vezes de aumento, lente de vidro com cabo e proteção lateral em PVC. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA.	Não veio amostra
159	Luva de raspa - confeccionada em raspa na face palmar, unheiras em raspa, dorso e punho em lona, flanelada internamente na palma. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA.	Não amostra veio amostra
160	Luva cirúrgica estéril, baixa proteína c/ pó bioabsorvível e inerte, contendo um par em formato anatômico número 8,5 - SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA.	Aprovada: Starmed, Aliança e Dimaci: Sanro;
161	Luva cirúrgica estéril, baixa proteína, lubrificadas c/ pó bioabsorvível e inerte, contendo um par em formato anatômico, nº 6,5. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA.	Olimed: Maxitex Altermed não enviou amostra.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JOAÇABA

Fundo Municipal de Saúde

162	Luva cirúrgica estéril, baixa proteína, lubrificadas com pó bioabsorvível e inerte, contendo um par em formato anatômico, nº 7,0. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA	
163	Luva cirúrgica estéril, baixa proteína, lubrificadas com pó bioabsorvível e inerte, contendo um par em formato anatômico, nº 7,5. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA	
164	Luva cirúrgica estéril, baixa proteína, lubrificadas com pó bioabsorvível e inerte, contendo um par em formato anatômico, nº 8,0. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA	
208	Saco para vômito, tamanho único. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA	Aprovado: Olimed – Med Sonda Demais empresas não mandaram amostras
272	Termômetro para geladeira, com dois displays, que permita visualizar a temperatura mínima e máxima, interna e externa da geladeira, bem como a temperatura do momento. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA	Não vieram amostras
273	Termômetro para geladeira, interno, tipo capelinha. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA.	

COMISSÃO:

- BARBARA BROLLO PICULI _____
- DEBORA LOPES CESAR _____
- MARIANA ZOPELETTO _____