

COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP

Protocolado as fls. do livro nº _____
Req. Nº 138941 em 24/06/2015
Pago cfe. Guia nº _____
Carreira

São José, 24 de junho de 2015.

ILMO SR(A)
PREGOEIRO(A)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA/SC
JOAÇABA/SC.

Ref.: IMPUGNAÇÃO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015/FMS – PROCESSO No. 016/2015/FMS.

Prezado(a) Senhor(a);

Pela presente a empresa Qualy medic Comércio e Assistência Técnica Ltda - EPP sob o CNPJ: 10.763.524/0001-98, vem por meio desta, solicitar alterações no referido pregão quanto aos itens 06,07,08 e 09, conforme passamos à relatarmos:

ITEM (006): AUTOCLAVE 12 LITROS CÂMARA EM ALUMÍNIO: SOLICITA NO EDITAL:

Autoclave em alumínio modelo horizontal - capacidade mínima para 12 litros - câmara em alumínio - desaeração automática - despressurizarão automática - ciclo de secagem eficiente e extra. Tempo total esterilização: 55 minutos (01 ciclo) - secagem realizada x porta entreaberta - potência mínima de 750 watts - garantia mínima de 01 ano.

Acessórios: 02 bandejas, 01 suporte, copo graduado, fusível, braçadeira, amostra de mangueira e manual de instrução.

Dimensão mínima da câmara: diâmetro 22 cm x profundidade 33 cm - medidas externas: largura 33,5 cm x altura 33 cm x profundidade 48,5 cm. Alimentação: 220 V.

Produzida dentro das normas ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001. Temperaturas: 121 e 134 graus.

Na especificação citada acima do item 006 solicita que a autoclave possua câmara de alumínio secagem eficiente e extra, secagem com porta entre aberta, e ISOS diversos.

Considerações:

Informamos que as autoclaves com câmara de alumínio corroem muito rápidas, sua vida útil e bastante comprometida. Atualmente diversas Prefeituras adquirem máquinas com câmaras em aço inoxidável, onde solicitamos que nos seja concedido à oportunidade de cotarmos autoclave com câmara de aço inoxidável, maior segurança, durabilidade e confiabilidade. Se é solicitado autoclave com ciclo de secagem eficiente e ciclo extra e secagem com porta entre aberta, como pode ser eficiente esta esterilização? Uma autoclave tem que entregar material esterilizado com porta fechada, evitando que ao abrir a porta o material se contamine com o ar do ambiente. Porque usar mais um ciclo extra para secagem? A autoclave não garante o processo de esterilização? Favor consultarem a CCIH do FMS deste município para averiguação destas informações.

Dimensões: estas dimensões e as especificações acima estão direcionadas para a marca CRISTÓFOLI modelo VITALE 12, conforme catálogo anexo.

Diante do exposto solicitamos alteração das especificações bem como análise das ISOS solicitadas, pois há excesso de ISOS para o fornecimento de autoclaves.

Rua: Antônio Schroeder, 960 - sala 03 - Edifício Javi - Bela Vista II - São José/SC
Cep: 88.110-401 - Fone/Fax: (048) 3346.64.97
e-mail: qualy medic@terra.com.br
CNPJ: 10.763.524/0001-98 - Inscrição Estadual: 255.861.370



COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP

ITEM (007): AUTOCLAVE 21 LITROS CÂMARA EM ALUMÍNIO: SOLICITA NO EDITAL:

Autoclave em alumínio modelo horizontal - capacidade mínima para 21 litros - câmara em alumínio - desaeração automática - despressurização automática - ciclo de secagem: secagem eficiente/secagem extra. Tempo total esterilização: 55 minutos (01 ciclo) - secagem realizada x porta entreaberta - potência: 750 watts - garantia mínima: 02 anos.

Acessórios: 02 bandejas, 01 suporte, copo graduado, fusível, braçadeira, amostra de mangueira e manual de instrução. Dimensão mínima da câmara: diâmetro 22 cm x profundidade 33 cm - medidas externas: largura 33,5 cm x altura 33 cm x profundidade 48,5 cm - consumo de energia: 285 watts a cada ciclo. Alimentação: 220 V.

Produzida dentro das normas ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001. Temperaturas: 121 e 134 graus.

Considerações:

Dimensões : estas dimensões e as especificações acima estão direcionadas para a marca CRISTÓFOLI modelo VITALE 21, conforme catálogo anexo.

Diante do exposto solicitamos alteração das especificações bem como análise das ISOS solicitadas, pois há excesso de ISOS para o fornecimento de autoclaves.

ITEM (008): AUTOCLAVE 21 LITROS CÂMARA EM AÇO INÓX: SOLICITA NO EDITAL:

Autoclave para esterilização a vapor sob pressão; com 06 programas de esterilização; câmara com 03 bandejas em aço inox; secagem com porta fechada; com, no mínimo, 13 sistemas de segurança; sistema com micro-controlador.

Medidas externas aproximadas: 60 cm de profundidade x 38 cm de largura x 38 cm de altura.

Medidas aproximadas da câmara: 25 cm de altura x 25 cm de largura x 42 cm de profundidade. Bi volt.

Considerações:

Dimensões : estas dimensões e as especificações acima estão direcionadas para a marca CRISTÓFOLI modelo VITALE 21, conforme catálogo anexo. (25X43)CM.

Diante do exposto solicitamos alteração das especificações bem como análise das ISOS solicitadas, pois há excesso de ISOS para o fornecimento de autoclaves.

Também não é solicitada a capacidade da autoclave em litros sendo difícil tal cotação.

Rua: Antônio Schroeder, 960 - sala 03 - Edifício Javi - Bela Vista II - São José/SC

Cep: 88.110-401 - Fone/Fax: (048) 3346.64.97

e-mail: qualymedic@terra.com.br

CNPJ: 10.763.524/0001-98 - Inscrição Estadual: 255.861.370



COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP

ITEM (009): AUTOCLAVE 54 LITROS CÂMARA EM AÇO INÓX: SOLICITA NO EDITAL:

Autoclave com capacidade mínima para 54 litros, com comando automático para os ciclos; porta construída internamente em aço inoxidável e acabamento polido sanitário e vedação com anel de borracha de silicone. Abastecimento controlado por sensor de fluxo de água e bomba peristáltica com indicação do término da água no reservatório. Alarme sonoro e indicação no display para as funções. Voltagem 220 V. Potência 1.600 W.
Garantia mínima: 02 (dois) anos.

Considerações:

Dimensões: estas dimensões e as especificações acima estão direcionadas para a marca CRISTÓFOLI modelo Quadra 54, conforme catálogo anexo. Não informa se a câmara deve ser de aço inoxidável ou alumínio.

Diante do exposto solicitamos alteração das especificações bem como análise das ISOS solicitadas, pois há excesso de ISOS para o fornecimento de autoclaves.

Após as informações acima requer-se uma análise das especificações, para uma participação mais efetiva de empresas e fabricantes de autoclaves que possuam no mínimo uma qualidade de esterilização, durabilidade, confiabilidade.


Sem mais agradecemos a atenção dispensada, colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Qualy medic Ltda
Rita de Cássia
48-3346.64.97
e-mail: qualy medic@terra.com.br

Rua: Antônio Schroeder, 960 - sala 03 - Edifício Javi - Bela Vista II - São José/SC
Cep: 88.110-401 - Fone/Fax: (048) 3346.64.97
e-mail: qualy medic@terra.com.br
CNPJ: 10.763.524/0001-98 - Inscrição Estadual: 255.861.370



[Blog Biosegurança](#)
[Desbloqueio Equipamento](#)
[Serviço Autorizado](#)
[Contato](#)

Autoclave Vitale Plus 21

Autoclave Vitale Plus 12

Autoclave Vitale 21

Autoclave Quadra 54

 Gosto [Twitter](#) [G+](#)
[GERAL](#)
[ESPECIFICAÇÕES](#)
[GALERIA](#)
[VIDEOS](#)
[SUPPORTE](#)
[DEPOIMENTOS](#)

Autoclave Vitale 12

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Consumo de Energia	285 Watts/hora
Cor	Branca com teclado de controle na cor turquesa
Câmara	Aço inox ou alumínio anodizado
Capacidade	12 litros
Potência	1.200 Watts
Voltagem	127 ou 220 V
Frequência	50/60 Hz
Dimensões	Autoclave 33,5 x 33 x 48,5 cm (L x A x P) / Câmara 22 x 30 cm (D x P)
Peso Líquido	Alumínio - 18,9 kg / Aço Inox - 20,2 kg
Peso Bruto	Alumínio - 20,7 kg / Aço Inox - 22 kg
Garantia	2 anos
Registro ANVISA	10363350017

Institucional

[Apresentação da Empresa](#)
[Função Educere](#)
[Certificações](#)
[Política e Missão](#)
[Congressos](#)
[Responsabilidade Socioambiental](#)
[Mapa de Site](#)


Supporte e Atendimento

[Contato](#)
[Consultorias](#)
[Registre seu produto](#)
[Desbloqueio Equipamento](#)
[Localização de Serviço Autorizado](#)
[Portal Assistência Técnica](#)
[Portal Revenda](#)
[Forum Assistência Técnica](#)

Cristófoli e você

[Trabalhe Conosco](#)
[Grupo Cristófoli](#)
[Instituições](#)
[Links](#)
[Blog Ambiental](#)
[Blog Biosegurança](#)
[Seja uma Assistência Técnica](#)
[Seja um Revendedor](#)
[Videos](#)



[Blog Biossegurança](#)
[Desbloqueio Equipamentos](#)
[Serviço Autorizado](#)
[Contato](#)


Autoclave Vitale 21



Autoclave Vitale Plus 21



Autoclave Vitale Plus 12



Autoclave Quadra 54

Gosta | [Twitter](#) | [G+](#) | [1](#)

[GERAL](#)
[ESPECIFICAÇÕES](#)
[GALERIA](#)
[VIDEOS](#)
[SUPPORTO](#)
[DEPOIMENTOS](#)

Autoclave Vitale 12

Autoclave para esterilização a vapor sob pressão. Ideal para consultórios odontológicos (clínica geral, endodontia, odontopediatria, ortodontia, prótese, dentística e estética), para clínicas médicas (dermatologia e oftalmologia), laboratórios e pequenos ambulatórios médicos.

Equipamento produzido dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. É necessário realizar o desbloqueio antes do primeiro uso, garantindo assim segurança e rastreabilidade do produto.

Fácil manuseio;

Design moderno;

Autoclave digital;

Manômetro digital com barra de LEDs;

Programa Único de Esterilização;

Desaeração e depressurização automática;

Capacidade 12 litros;

Tecido de controle na cor turquesa;

Câmara em aço inox ou alumínio anodizado, que facilita a limpeza;

Câmara com 2 bandejas em alumínio anodizado;

Secagem com porta entreaberta;

Conta com 15 sistemas de segurança;

Sistema com microcontrolador;

2 anos de garantia;

Para mais informações, consulte o Manual de Instruções.

Este equipamento é fabricado pela Cristófoli Biossegurança, empresa cujo Sistema de Gestão de Qualidade é certificado e está em conformidade com a ISO 9001- Sistema de Gestão de Qualidade, ISO 13485 - Aparelhos Médicos - Requisitos para Fins Regulamentares, ISO 14001 - Gestão Ambiental e BPF - Boas Práticas de Fabricação (ANVISA/RDC-Nº16).

Institucional

[Apresentação da Empresa](#)
[Fundação Educere](#)
[Certificações](#)
[Política e Missão](#)
[Congressos](#)
[Responsabilidade Social Ambiental](#)
[Mapa do site](#)

Supporto e Atendimento


[Contato](#)
[Comunicação](#)
[Registre seu produto](#)
[Desbloqueio Equipamento](#)
[Localização de Serviço Autorizado](#)
[Portal Assistencial Técnico](#)
[Portal Revendedores](#)
[Forum Assistência Técnica](#)

Cristófoli e você

[Trabalhe Conosco](#)
[Grupo Cristófoli](#)
[Notícias](#)
[Links](#)
[Blog Ambiental](#)
[Blog Biossegurança](#)
[Seja uma Assistência Técnica](#)
[Seja um Revendedor](#)
[Vídeos](#)





[Blog Maissegurança](#)
[Desbloqueio Equipamento](#)
[Serviço Autorizado](#)
[Contato](#)


Autoclave Vitale 12



Autoclave Vitale Plus 21



Autoclave Vitale Plus 12



Autoclave Quadra 54

 Gosta [Twitter](#) [G+1](#)
[GERAL](#)
[ESPECIFICAÇÕES](#)
[GALERIA](#)
[VIDEOS](#)
[SUPPORTO](#)
[DEPOIMENTOS](#)

Autoclave Vitale 21

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Consumo de Energia	500 Watts/hora
Cor	Branca com teclado de controle na cor turquesa
Câmara	Aço inox ou alumínio anodizado
Capacidade	21 litros
Potência	1.600 Watts
Voltagem	127 ou 220 V
Frequência	50/60 Hz
Dimensões	Autoclave 39,5 x 38 x 61 cm (L x A x P) / Câmara 25 x 43 cm (D x P)
Peso Líquido	Alumínio - 27,4 kg / Aço Inox - 30 kg
Peso Bruto	Alumínio - 30,6 kg / Aço Inox - 33,2 kg
Garantia	2 anos
Registro ANVISA	10363350017

Institucional

[Apresentação da Empresa](#)
[Fundação Educare](#)
[Certificações](#)
[Política e Misão](#)
[Congressos](#)
[Responsabilidade Socioambiental](#)
[Mapa do site](#)

Suporte e Atendimento

[Contato](#)
[Comunicadas](#)
[Registre seu produto](#)
[Desbloqueio Equipamento](#)
[Localização do Serviço Autorizado](#)
[Portal Assistência Técnica](#)
[Portal Revenda](#)
[Forum Assistência Técnica](#)

Cristófoli e você

[Trabalhe Conosco](#)
[Grupo Cristófoli](#)
[Notícias](#)
[Links](#)
[Blog Ambiental](#)
[Blog Maissegurança](#)
[Seja uma Assistência Técnica](#)
[Seja um Revendedor](#)
[Vídeos](#)



[Blog Biossegurança](#)
[Desbloqueio Equipamento](#)
[Serviço Autorizado](#)
[Contato](#)


Autoclave Vitale Plus
21



Autoclave Vitale Plus
12



Autoclave Vitale 12



Autoclave Quadro 54

Gosto [Twitter](#) [+1](#)

[GERAL](#)
[ESPECIFICAÇÕES](#)
[GALERIA](#)
[VIDEOS](#)
[SUPPORTE](#)
[DEPOIMENTOS](#)

Autoclave Vitale 21

Autoclave para esterilização a vapor sob pressão. Ideal para consultórios odontológicos (implantodontia e cirurgia), para clínicas médicas (ginecologia e cirurgia plástica), laboratórios e ambulatórios hospitalares.

Equipamento produzido dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. É necessário realizar o desbloqueio antes do primeiro uso, garantindo assim segurança e rastreabilidade do produto.

Fácil manuseio;

Design moderno;

Autoclave digital;

Manômetro digital com barra de LEDs;

Programa Único de Esterilização;

Desaeração e despressurização automática;

Capacidade 21 litros;

Teclado de controle na cor turquesa;

Câmara em aço inox ou alumínio anodizado, que facilita a limpeza;

Câmara com 3 bandejas em alumínio anodizado com espaço para 4ª bandeja opcional;

Secagem com porta entreaberta;

Conta com 15 sistemas de segurança;

Sistema com microcontrolador;

2 anos de garantia;

Para mais informações, consulte o Manual de Instruções.

Este equipamento é fabricado pela Cristófoli Biossegurança, empresa cujo Sistema de Gestão de Qualidade é certificado e está em conformidade com a ISO 9001- Sistema de Gestão de Qualidade, ISO 13485 - Aparelhos Médicos - Requisitos para Fins Regulamentares, ISO 14001 - Gestão Ambiental e BPF - Boas Práticas de Fabricação (ANVISA/RDC-Nº16).

Institucional

[Apresentação da Empresa](#)
[Fundação Educera](#)
[Certificações](#)
[Política e Missão](#)
[Congressos](#)
[Responsabilidade Socioambiental](#)
[Mapa do site](#)


Suporte e Atendimento

[Contato](#)
[Comunidades](#)
[Registro de produto](#)
[Desbloqueio Equipamento](#)
[Localização de Serviço Autorizado](#)
[Portal Assistência Técnica](#)
[Portal Revenda](#)
[Forum Assistência Técnica](#)

Cristófoli e você

[Instituição Conhecida](#)
[Grupo Cristófoli](#)
[Notícias](#)
[Links](#)
[Blog Ambiental](#)
[Blog Biossegurança](#)
[Seja um Assessor Técnico](#)
[Seja um Revendedor](#)
[Vídeos](#)



[Blog Biossegurança](#)
[Desbloqueio Equipamento](#)
[Serviço Autorizado](#)
[Contato](#)


Autoclave Vitale 12



Autoclave Vitale 21

Autoclave Vitale Plus
21Autoclave Vitale Plus
12

Gosta?

[GERAL](#) |
 [ESPECIFICAÇÕES](#) |
 [GALERIA](#) |
 [VIDEOS](#) |
 [SUPPORTE](#) |
 [DEPOIMENTOS](#)

Autoclave Quadra 54

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Consumo de Energia	750 Watts/hora
Cor	Branca com teclado de controle na cor azul
Câmara	Aço Inox
Capacidade	54 litros
Potência	2.800 Watts
Voltagem	220V
Frequência	50/60 Hz
Dimensões	54 x 54 x 75 cm (L x A x P) / Câmara 34 x 61 cm (D x P)
Peso Líquido	72,5 kg
Peso Bruto	82,5 kg
Garantia	2 anos
Registro ANVISA	10363350017

Institucional

[Apresentação da Empresa](#)
[Fundação Educere](#)
[Certificações](#)
[Política e Missão](#)
[Congressos](#)
[Responsabilidade Socioambiental](#)
[Mapa do site](#)



Suporte e Atendimento

[Contato](#)
[Comunicações](#)
[Registre seu produto](#)
[Desbloqueio Equipamento](#)
[Localização de Serviço Autorizado](#)
[Portal Assistência Técnica](#)
[Portal Revenda](#)
[Forum Assistência Técnica](#)

Cristofoli e você

[Trabalhe Conosco](#)
[Grupo Cristofoli](#)
[Notícias](#)
[Links](#)
[Blog Ambiental](#)
[Blog Biossegurança](#)
[Seja uma Assistência Técnica](#)
[Seja um Revendedor](#)
[Videos](#)



[Blog Biossegurança](#)
[Desbloqueio Equipamento](#)
[Serviço Autorizado](#)
[Contato](#)

[Gostar](#) [Tweetar](#) [+1](#)


Autoclave Vitale 12



Autoclave Vitale 21

Autoclave Vitale Plus
21Autoclave Vitale Plus
12
[GERAL](#)
[ESPECIFICAÇÕES](#)
[GALERIA](#)
[VIDEOS](#)
[SUPPORTO](#)
[DEPOIMENTOS](#)

Autoclave Quadra 54

Autoclave para esterilização a vapor sob pressão. Ideal para hospitais, clínicas médicas, odontológicas, veterinárias, etc.

Equipamento produzido dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. É necessário realizar o desbloqueio antes do primeiro uso, garantindo assim segurança e rastreabilidade do produto.

Fácil manuseio;

Design moderno;

Digital com display de LCD;

Possui 4 programas de esterilização;

Desaeração e despressurização automática;

Capacidade 54 litros;

Única autoclave do mercado com sistema de alarmes e avisos de manutenção e monitoração;

Teclado de controle disponível na cor azul;

Câmara em aço inox, que facilita a limpeza;

Câmara com 4 bandejas em alumínio anodizado;

Secagem com porta fechada;

Permite a transferência de informações para disco removível (pendrive), através de conexão USB;

Possui abastecimento automático com indicação de falta de água no reservatório;

Conta com 23 sistemas de segurança;

Sistema de fechamento da porta com 6 pontos de apoio;

Sistema exclusivo de rastreabilidade e Sistema com microcontrolador;

2 anos de garantia;

Para mais informações, consulte o Manual de Instruções.

Este equipamento é fabricado pela Cristófoli Biossegurança, empresa cujo Sistema de Gestão de Qualidade é certificado e está em conformidade com a ISO 9001 - Sistema de Gestão de Qualidade, ISO 13485 - Aparelhos Médicos - Requisitos para Fins Regulatórios, ISO 14001 - Gestão Ambiental e BPF - Boas Práticas de Fabricação (ANVISA/RDC-Nº16).