



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>MEMORANDO</b>		<b>Nº 521/2015</b>
<b>DE: SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>Processo de Licitação Material e Equipamentos de Laboratório 2015</b>	
<b>PARA: COMPRAS/LICITAÇÃO - PMJ</b>	Joaçaba, 29 de Setembro de 2015.	

A Secretaria Municipal de Saúde, através de sua Farmacêutica Bioquímica, em atendimento às impugnações feitas pelas empresas LABINBRAZ COMERCIAL LTDA e PNCQ – PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE, acerca do Processo de Licitação nº 20/2015/FMS, Pregão Presencial nº 15/2015/FMS para aquisição de Materiais e Equipamentos de Laboratório, esclarece os seguintes questionamentos:

Trata-se de alegações feitas quanto as especificações ao Lote 01 - Bioquímica, no que se refere a velocidade mínima de 200 testes/hora, velocidade do equipamento para 330 testes/hora e sem bomba peristáltica, bem como alegações feitas quanto ao Lote 68 – no que se refere a cotação estar a menor do valor correspondente ao exigido.

No que tange ao Lote 01, em justificativa a impugnação, a mesma questionou duas características do equipamento, são elas:

- Velocidade de 200 testes/hora, elevando a velocidade do equipamento para 330 teste/hora;
- Sem bomba peristáltica

A empresa não cita que no descritivo da licitação consta:  
**Velocidade Mínima de 200 testes/hora.**

A forma descrita não caracteriza direcionamento, uma vez que, o edital de maneira clara através da palavra “**MÍNIMA**” citada na descrição, caracteriza que a velocidade exigida para atender a necessidade do laboratório não poderá ser INFERIOR a 200 testes por hora e a 330 quando considerar o módulo ISE.

Qualquer aparelho com velocidade superior a 200 testes por hora atenderá perfeitamente esta exigência.

Quanto à característica do sistema fluídico sem bomba peristáltica, torna-se uma exigência em função de optarmos por equipamentos de tecnologia atual, com diminuição considerável do risco de manutenções durante o período do contrato, ocasionando problemas com interferência direta na rotina do laboratório como a interrupção dos processos.

Acate ao  
instante no  
processo  
enviando-se  
multidão de  
editais  
PP 15/2015/FMS

Rauli em  
30/09/2015

Rauli em  
30.09.15

Não há direcionamento do lote, porque vários aparelhos podem atender com características superiores ao descrito no edital onde solicitamos "No mínimo, e exigimos que sejam aparelhos atualizados em tecnológico e performance" Isto para garantir a agilidade e qualidade nos exames.

Citamos alguns exemplos de aparelhos que atendem os questionamentos quanto à velocidade e que não utilizam bomba peristáltica, quais sejam:

- Cobas C 311;
- Integra 400;
- Labmax 560;
- Vitros 250;
- BS 380;
- BS 200E
- Flexor E.

Sendo assim, vários equipamentos atendem o descritivo e as respectivas empresas poderão participar do processo de licitação pública, garantindo concorrência e consequentemente a redução de preços.

Quanto ao Lote 68, contactou-se a empresa (conforme e-mail em anexo) e posterior contato telefônico, esclarecendo as especificações do Lote 68, no qual o valor de referência está embasado no programa de controle externo básico, restando desta forma, dentro dos valores de mercado, conforme cotações anexadas ao processo de licitação.

Contudo, entende-se que os pedidos de impugnações interpostos pelas empresas supracitadas, não devem prosperar, haja vista às especificações constantes no presente edital não ferir de forma alguma, os princípios constitucionais nos quais a administração pública deve obedecer e embasar suas contratações. As exigências são necessárias aos atendimentos específicos desta Secretaria e não restringem a participação de demais empresas.

Atenciosamente,

*Ana Paula Franke*  
Farmacêutica Bioquímica  
CRE/S 6030

**ANA PAULA FRANKE**  
**FARMACÊUTICA BIOQUÍMICA**

[Imprimir](#)[Fechar](#)

## RES: RES: Errata Controle Externo

De: **Suellen** (s.cristina@pncq.org.br)  
Enviada: terça-feira, 29 de setembro de 2015 10:07:45  
Para: 'Laboratoriosus Joaçaba' (labsusjoa@hotmail.com)

Grata pelas informações!



Suellen Cristina Martins de Carvalho  
Secretaria - Empenho  
s.cristina@pncq.org.br  
Programa Nacional de Controle de Qualidade  
Rua Vicente Licínio, 193 - Tijucas  
Tel.: 55 21 2569-6867  
<http://www.pncq.org.br>

Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o meio ambiente

De: Laboratoriosus Joaçaba [mailto:labsusjoa@hotmail.com]  
Enviada em: terça-feira, 29 de setembro de 2015 09:35  
Para: Suellen <s.cristina@pncq.org.br>  
Assunto: RE: RES: Errata Controle Externo

De: **labsusjoa@hotmail.com**  
Enviada: terça-feira, 29 de setembro de 2015 09:34:56  
Para: Suellen (s.cristina@pncq.org.br)

Bom dia Suellen,

Recebemos a carta enviada por vocês, a respeito dos exames que coloquemos no email.  
Por favor, considere o programa de controle externo BÁSICO.

Att

*Ana Paula Franke*  
*Farmacêutica Bioquímica/Fiscal de Contrato*  
*Secretaria de Saúde de Joaçaba*  
*Laboratório Municipal 3521-1555 R.211*

De: **Suellen** (s.cristina@pncq.org.br)  
Enviada: segunda-feira, 21 de setembro de 2015 17:00:19  
Para: 'Laboratoriosus Joaçaba' (labsusjoa@hotmail.com)

Agradecemos!



Suellen Cristina Martins de Carvalho  
Secretaria - Empenho  
s.cristina@pncq.org.br  
Programa Nacional de Controle de Qualidade  
Rua Vicente Licínio, 193 - Tijucas  
Tel.: 55 21 2569-6867  
<http://www.pncq.org.br>

Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o meio ambiente

De: Laboratoriosus Joaçaba [mailto:labsusjoa@hotmail.com]  
Enviada em: segunda-feira, 21 de setembro de 2015 15:21  
Para: Suellen <s.cristina@pncq.org.br>; contato@controllab.com.br  
Assunto: Errata Controle Externo

De: **labsusjoa@hotmail.com**  
Enviada: segunda-feira, 21 de setembro de 2015 15:21:21  
Para: Suellen (s.cristina@pncq.org.br); contato@controllab.com.br (contato@controllab.com.br)

Bom tarde,

Para esclarecimentos o processo de licitação para Controle de Qualidade Externo foi publicado no site da Prefeitura Municipal de Joaçaba SC. Para o dia 28/09/2015.

O item correspondente ao controle de qualidade (Lote 68, item 104), por erro de publicação ficou faltando a observação abaixo do item. Para não ter que corrigir o edital, o que acarretaria o atraso na licitação, mudando a data para o mês seguinte e visto que estamos com alguns materiais em falta, estou corrigindo e enviando por email para as empresas que nos forneceram orçamentos, para que se torne mais claro o que foi licitado para o controle de qualidade.

**Na observação deveria constar:**

"Prestação de serviços de Controle de qualidade externo em análises clínicas nos setores de: bioquímica, hematologia, imunologia, parasitologia, microbiologia, coagulação, urinálise e educação continuada, programa básico. Fornecimento de controles nas áreas citadas acima por um período de 12 meses."

**Exames realizados no laboratório:**

Glicose, colesterol e frações, triglicerídeos, ácido úrico, TGO, TGO, GGT, FAL, LDH, HGL, Ureia, creatinina, CK, Ckmb, Bilirrubinas totais e frações, amilase, cálcio, albumina, magnésio, proteínas totais e frações.

PCR, Látex, ASLO

Beta HCG, troponina, VDRL

Sódio, potássio, cálcio iônico

TAP, KPTT

Hemograma, VHS, tipagem sanguínea, reticulócitos

Parasitológico de fezes, pesquisa de sangue oculto, rotavírus, pesquisa de leucócitos

Parcial de urina, bacterioscopia, secreção vaginal

---

Att

*Ana Paula Franke*

*Farmacêutica Bioquímica/Fiscal de Contrato*

*Secretaria de Saúde de Joaçaba*

*Laboratório Municipal 3521-1555 R.211*

---