



COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP

São José/SC, 14 de Junho de 2016.

A

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ilma. Sra. Eliane Ceron Vier. (Pregoeira).

Ref.: Pregão Presencial No. 07/2016
Item 026 e 027 (autoclaves).

A QUALYMEDIC COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o Número 10.763.524/0001-98, localizada em São José, SC, na Rua Antônio Schroeder, n. 960, Loja 03, Bairro Bela Vista II, participou do Pregão Presencial em epígrafe, que tem como objeto a aquisição de equipamentos Odontológicos para setores da odontologia, conforme edital.

A QUALYMEDIC classificou-se como segunda colocada na etapa de lances do referido certame, que proclamou como vencedora dos itens 026 e 027 (vinte e Seis e Vinte Sete) do Edital a empresa LOGITEX DISTRIBUIDORA LTDA. Primeiramente esta classificação da empresa LOGITEX DISTRIBUIDORA LTDA, não deveria ter logrado êxito como 1ª colocada, pois em sua proposta é claro sua incapacidade de fornecimento dos referidos itens em questão por não atenderem as normas e especificações do Edital.

Como é possível verificarmos no processo, a ordem de classificação da licitação ficou da seguinte forma:

ITEM 026 e ITEM 027: EMPRESA LOGITEX (Não atende especificação do item autoclave com a marca BS Autoclaves).

QUALYMEDIC: ITEM 026 e ITEM 027: SEGUNDA COLOCADA. (atende ao edital com

a marca SERCON).

Rua: Antônio Schroeder, 960 - Loja 03 - Bela Vista II - São José/SC
Cep: 88.110-401 - Fone/Fax: (048) 3246-6713
e-mail: qualymedic@terra.com.br
CNPJ: 10.763.524/0001-98 - Inscrição Estadual: 255.861.370





Portanto as autoclaves da marca BS EQUIPAMENTOS cotado pela empresa LOGITEX não atende ao Edital conforme passamos a relatar:

Solicita o EDITAL em seu item 6.1.8: (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO):
Declaração expressa pela proponente que a mesma goza de boa situação financeira. Na referida declaração, deverá constar a assinatura do ADMINISTRADOR e do CONTADOR da empresa com a devida identificação. (Grifo nosso).

Vamos aos fatos: Primeiramente, como é possível verificar na procuração do funcionário da referida empresa, o mesmo não tem autorização alguma para assinar tal declaração. A declaração obriga que deve CONSTAR a assinatura do ADMINISTRADOR e do CONTADOR.

Verificando a referida declaração, constata-se que o Funcionário Credenciado para o referido certame, não faz parte do quadro societário da empresa LOGITEX LTDA, não podendo assinar a referida declaração. Documentos contábeis somente Dirigentes e Contadores devem assinar este tipo de declaração.

Sendo assim a declaração apresentada pela empresa LOGITEX LTDA, não atende o exigido no referido item, devendo ser desclassificada na fase Habilitação e por consequência não logrando êxito a nenhum item do referido certame.

Solicita o EDITAL 6.1.9: DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO:
Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

Solicita o EDITAL 6.1.9.1: DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO:
No caso de comarca com mais de um Cartório Distribuidor, deverão ser apresentada as certidões de cada um dos distribuidores.

Vamos aos fatos: Pedimos que seja verificado no processo se a empresa apresentou uma ou mais Certidões, pois como a Sede da empresa LOGITEX LTDA é em Porto Alegre/RS e tendo nesta cidade mais de um cartório de distribuição, o correto seria a mesma apresentar dos 03 cartórios existentes.

Quanto as especificações dos itens 026 e 027 do Edital:





As especificações dos dois itens são iguais, onde só muda a capacidade em litros de cada autoclave discriminada.

Solicita que a Secagem seja com porta fechada.

Conforme manual da ANVISA do produtos autoclave BS, cotado pela empresa LOGITEX LTDA, página 013 cita:

“Secagem. O equipamento faz secagem com porta entreaberta/fechada conforme material. Quando fechada deve ficar entreaberta para resfriamento”.

Nossa empresa trabalha no ramo de onde montamos central de esterilização de até 1.000 litros, e pelo nosso conhecimento esta autoclave não atende as necessidades desta instituição.

Quando citado em seu manual que a mesma faz secagem com porta entreaberta/fechada **conforme material**, a SMS/FMS vai adquirir uma autoclave que conforme o tipo de material fará ou não esterilização com porta fechada? Quando cita que quando fechada deve ficar entreaberta para resfriamento, entende-se para quem tem conhecimento técnico de autoclave (SMS/FMS) que isso não é nada mais nada menos que a secagem do material que encontra-se dentro da câmara com porta aberta.

Segue cópia do manual da ANVISA página 013, que é claro em sua informação, não sendo possível a interpretação de outra forma.

Solicita ainda em seus descritivos item 026 e 027:

Pressão para esterilização entre 1,7 a 1,9 kgf/cm². Temperatura de Esterilização entre 121 a 134°C.

Conforme podemos observar pelo MANUAL da ANVISA na PÁGINA 021, no item dados técnicos, informa que a pressão para esterilização é de 0 a 4kgf/cm², sendo que no edital é claro, solicitando que a pressão seja entre 1,7 a 1,9 kgf/cm², não elevando esta temperatura além do solicitado, enquanto a autoclave marca BS atinge até 4,0kgf/cm². A temperatura citada na mesma página informa que a mesma atinge de 0 a 150°C, estando em desacordo com o solicitado que é de 121 a 134°C, não podendo ultrapassar a esta temperatura.



COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP



Outras informações que nos causou estranhamento é que no MANUAL da ANVISA página 001, não consta nenhum site do fabricante, bem como não consta o fone da fábrica, somente um e-mail de contato. Tentem achar algum site desta fábrica para melhor elucidação do produto ofertado, que não irão conseguir.

Também não há como saber onde é a Assistência Técnica autorizada deste fabricante, bem como a garantia pelo manual da ANVISA é DE 06 (seis) meses.

Solicitado nas especificações das autoclaves que o produto possua o ISO 9001 e conforme pesquisa não achamos a certificação do ISO 9001 da empresa BS EQUIPAMENTOS, por não existir um site da indústria. Se o fabricante possuir que seja apresentado pela empresa LOGITEX LTDA.

Sendo o que se apresentava para o momento, solicitamos que a empresa LOGITEX LTDA seja desclassificada neste certame, por não atender na fase Habilitação e por não atender as especificações mínimas dos itens 026 e 027 do referido Edital.

Atenciosamente,

QUALYMEDIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.
CNPJ/MF n. 10.763.524/0001-98
RENATO CARDOSO - CI 1053865/SSP/SC

Rua: Antonio Schroeder, 960 - Loja 03 - Bela Vista II - São José/SC
Cep: 88.110-401 - Fone/Fax: (048) 3246-6713
e-mail: qualymedic@terra.com.br
CNPJ: 10.763.524/0001-98 - Inscrição Estadual: 255.861.370