

FUNDO DE REEQUIPAMENTO BOMBEIROS DE JOACABA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2016

Número do Registro de Preços: 1/2016

Data do Registro: 01/12/2016

Válido até: 01/12/2017

Objeto da Compra: Registro de Preços visando eventuais requisições futuras de aparelho desfibrilador externo automático + acessórios e eletrodos originais do aparelho, destinados às atividades de atendimento pré hospitalar envolvendo monitoramento e acidentes cardíacos, desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros Militar d

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	<p>DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA), com as seguintes especificações mínimas:</p> <p>Forma de Onda: Exponencial bifásico, com compensação de voltagem e duração para a impedância do paciente.</p> <p>Proteção elétrica: Deverá ter entrada protegida contra impulsos de alta voltagem do desfibrilador de acordo com a Norma IEC 60601-1.</p> <p>Classificação de Segurança: Deverá ser alimentado internamente. IEC 60601-1.</p> <p>Classe III Frequência Cardíaca: 30 para 300 BPM, no mínimo, em exibição digital.</p> <p>Possibilidade de aplicação de choques em pacientes pediátricos e neonatos.</p> <p>Exibição do ECG: A informação do ECG deverá ser recebida das pás de terapia aplicadas às posições antero-lateral ou antero-posterior, ou do cabo ECG de 3 vias em Derivação II.</p> <p>Monitoramento: Deverá possibilitar monitoramento do paciente via cabo 03 vias de ECG.</p> <p>Orientador: A orientação de voz deverá ser em idioma Português.</p> <p>Tela: Em LCD, tamanho grande para fácil visualização, com exibição de imagens indicativas das posições para colocação dos eletrodos e do cabo de ECG, de no mínimo, 4,7 a 3,5 polegadas.</p> <p>Bateria: Deverá ser de lítio, não recarregável, com capacidade mínima de 400 descargas de 200 Joules, sem a necessidade de troca. Com indicador de capacidade da bateria, indicador segmentado, na própria bateria, que demonstre a sua capacidade de carga.</p> <p>O aparelho deverá possuir Indicador de manutenção.</p> <p>O aparelho deverá contemplar: Relatório ECG contínuo.</p>	UN	SERMEDICALL EQUIP HOSPT LTDA (6487)	Physio Control	0	18.900,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA

Orientador:

A orientação do vos deverá ser em idioma Português.

FUNDO DE REEQUIPAMENTO BOMBEIROS DE JOACABA

Tela:

Em tela, deverá ser apresentada para visualização, com indicação de imagens

indicativas das posições para colocação dos eletrodos e do cabo de ECG, de no

mínimo, 4,7 a 3,5 polegadas.

Número do Registro de Preços: 1/2016**Data do Registro: 01/12/2016****Válido até: 01/12/2017**

Objeto da Compra: Registro de Preços visando eventuais aquisições futuras de aparelho desfibrilador externo automático + acessórios e eletrodos originais de 200 Joules, sem a necessidade de troca. Com indicador de capacidade da bateria aparelho, destinados as atividades de atendimento pré hospitalar envolvendo monitoramento e acidentes cardíacos, desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Joacaba.

O aparelho deverá possuir Indicador de manutenção.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
------	---------------	-------	------------	-------------	-------------	----------------	----------

Relatório ECG contínuo.

Sumário dos eventos críticos de ressuscitação e as formas de onda ECG associadas.

Relatório de marcações das atividades, do operador e do aparelho.

Relatório dos autotestes.

A transferência de dados sem fio para um computador pessoal.

Choque configurável de 150J a 360J, devendo possuir mecanismo de segurança rápido para desarme/descarga interna do choque (em caso de não acionamento do botão de choque) de, no máximo, 15 segundos.

Resistência a condições ambientais como impacto, queda, vibração, umidade relativa, poeira, água, etc. Mínimo aceitável IP 55.

Modelo de análise do sistema:

Deverá possuir sistema de Análise de ECG que avisa se um choque for apropriado, atende o critério de identificação de ritmo especificado na DF80 e IEC 60601-2-4.

O aparelho (DEA) deverá permitir a aplicação do choque só se o sistema recomendar a desfibrilação.

Possuir sequência de energia com múltiplos níveis, sendo possível configurar de 150J a 360J.

Monitoramento do ritmo cardíaco ECG Paciente (eletrocardiograma):

Deverá fornecer a exibição do ECG não-diagnóstico do ritmo cardíaco do paciente.

Deverá acompanhar os seguintes acessórios:

01 (um) cabo ECG 03 vias.

01 (uma) bateria de lítio não recarregável.

01 (uma) bolsa de transporte.

01 (um) manual de instruções de operação em português.

02 (dois) pares de eletrodo descartável autocolante adulto para desfibrilação.

FUNDO DE REEQUIPAMENTO BOMBEIROS DE JOACABA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2016

Número do Registro de Preços: 1/2016

Data do Registro: 01/12/2016

Válido até: 01/12/2017

Objeto da Compra: Registro de Preços visando eventuais requisições futuras de aparelho desfibrilador externo automático + acessórios e eletrodos originais do aparelho, destinados às atividades de atendimento pré hospitalar envolvendo monitoramento e acidentes cardíacos, desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros Militar d

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
2	Pás adesivas autocolantes descartáveis de eletrodos para pacientes adultos.	UN	SERMEDICALL EQUIP HOSPT LTDA (6487)	Physio Control	0	590,0000	1

As mesmas deverão ser originais do aparelho constante no item 1 deste Edital.

FUNDO DE REEQUIPAMENTO BOMBEIROS DE JOACABA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2016

Número do Registro de Preços: 1/2016

Data do Registro: 01/12/2016

Válido até: 01/12/2017

Objeto da Compra: Registro de Preços visando eventuais requisições futuras de aparelho desfibrilador externo automático + acessórios e eletrodos originais do aparelho, destinados às atividades de atendimento pré hospitalar envolvendo monitoramento e acidentes cardíacos, desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros Militar d

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
------	---------------	-------	------------	-------------	-------------	----------------	----------

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2016

PROCESSO Nº 2/2016

(6487) - SERMEDICALL EQUIP HOSPT LTDA

Joaçaba, 1 de Dezembro de 2016.