



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PARECER TÉCNICO	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Processo licitatório – MATERIAL E EQUIPAMENTOS LABORATÓRIO SAÚDE 2016
PARA: COMPRAS/LICITAÇÃO-PMJ	Joaçaba, 17 de Janeiro de 2017.
<p>A Secretaria Municipal de Saúde, através de sua Farmacêutica Bioquímica, em atendimento a recurso apresentado pela empresa Labinbraz Comercial LDTA, acerca do processo de Licitação nº 28/2016 Edital nº 22/2016/FMS para aquisição de materiais e equipamentos de Laboratório, esclarece :</p> <p>Em resposta ao recurso da empresa Labinbraz Comercial LDTA., de acordo com o edital, foi solicitado como característica do analisador: “Possibilidade de acoplamento do Módulo ISE, elevando a velocidade do equipamento para 330 testes/hora.”</p> <p>Entende-se que, o equipamento ofertado pelas empresas participantes deve ter a possibilidade de instalação desse módulo caso necessário, e não uma exigência que a empresa tenha que orçar na proposta e estar instalado juntamente com o equipamento de bioquímica.</p> <p>O Laboratório Municipal dispõe de um equipamento de Íon Seletivo patrimônio do município, não havendo necessidade do equipamento vir com o modulo ISE instalado. Pedese a possibilidade de acoplamento do modulo ISE apenas em caso de necessidade, por motivos de manutenção do equipamento, afim de não prejudicar o andamento da rotina.</p> <p>Ambas as empresas, em seus folders anexos no processo licitatório descrevem que seus equipamentos possuem o Módulo Íon Seletivo (ISE) como opcional, logo as duas empresas atendem o edital quanto a esse quesito.</p> <p>Sendo assim, não procede o recurso apresentando pela empresa Labinbraz Comercial LDTA.</p>	

Ana Paula Franke
Farmacêutica Bioquímica
CRF/SC 6030
Ana Paula Franke
Farmacêutica Bioquímica

Valmor João Reisdorfer
Secretário Municipal de Saúde
Joaçaba - SC